



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 29 listopada 2007 r.

AZP 3320/122/

/07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laparoskopowego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Paragraf 4 ust. 2. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: „Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest zapis wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1 – 3 długość trzonu narzędzi 310 mm ?

Wyjaśnienie:

Podane wielkości odnoszą się do całości długości części roboczej wraz z końcówką (bez rękojeści).

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 średnicę 11 mm ?

Wyjaśnienie: Tak.

4. Czy Zamawiający dopuści: poz. 1 do 7 narzędzia dwuczęściowe o długości 33 cm lub narzędzia trzyczęściowe o długości 36cm, poz. 8 narzędzie o długości 34 cm, poz. 11 narzędzia o długości 33 cm ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

5. Dotyczy warunków dostawy. W związku z koniecznością sprowadzenia asortymentu objętego zamówieniem z zagranicy, wnosimy o zmianę terminu realizacji dostawy w Zadaniu nr 1 na 14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw do 14 dni roboczych w zadaniu nr 1 – narzędzia laparoskopowe wielorazowego użytku.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 11 umowy na: „W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw w Zadaniu nr 1 do 20% o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie”.

Wyjaśnienie: Wiążące jest zapis wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek