



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 30 listopada 2007 r.

AZP 3320/123/ /07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu odczynników do analizatora biochemicznego Synchron CX5 Delta, odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora, oraz żeli do wykonania elektroforezy białek przy użyciu zestawu Pragon i densytometru firmy Beckman w trybie przetargu nieograniczonego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Dotyczące przedmiotu zamówienia: zakres Zadanie nr 2. W przypadku kiedy ilość testów nie pokrywa się z oferowanym pełnym opakowaniem odczynnika, czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca wycenił ilość opakowań odczynnika wynikającą z przeliczenia i zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań.

2. Dotyczy zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw do oznaczania amylazy przy użyciu CNPG3, odczyt przy długości 410 nm ?

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuści taką ofertę.

3. Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli do testów podstawowych na dwóch poziomach, a do białek specyficznych na 3 poziomach ?

Wyjaśnienie: Nie. Wymagane są kontrole na 3 (trzech) poziomach do wszystkich testów.

4. Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynnikowych w formie koncentratów, które analizator automatycznie rozcieńcza podczas wykonywania analiz ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dotyczy Zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na analizator o wydajności 800 ozn/h, który automatycznie wykonuje test oceniający próbkę pod kątem lipemii, bilirubinemii i hemolizy ?

Wyjaśnienie: Tak.

6. Dotyczy Zadania nr 2. Czy do podanej liczby testów należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę.

Wyjaśnienie: Podane ilości testów zawierają kontrolę i kalibrację.

7. Dotyczy Zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na analizator zużywający 33l/wody na godzinę pracy?

Wyjaśnienie: Nie. Wymagane jest zużycie wody nie przekraczające 25l/h.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek