



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 03 grudnia 2007 r.

AZP 3320/123/ /07

## Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do analizatora biochemicznego Synchron CX5 Delta, odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora, oraz żeli do wykonania elektroforezy białek przy użyciu zestawu Paragon i densytometru firmy Beckman w trybie przetargu nieograniczonego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy aplikacje odczynników na analizator CX5 powinny być dołączone do oferty w przypadku oferowania odczynników nieoryginalnych ?

Wyjaśnienie: Tak

2. Czy wymóg płynnych odczynników dotyczy również kontroli i kalbratorów ?

Wyjaśnienia: Tak.

3. Dotyczy Zadania nr 2: odczynniki biochemiczne wraz z dzierżawą analizatora. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw do oznaczania lipazy w formie liofilizatu, zestaw zawiera gotową odmierzoną objętość roztworu, który należy dodać do fiolki z liofilizatem ?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

4. Dotyczy Zadania nr 2: odczynniki biochemiczne wraz z dzierżawą analizatora. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty, w której materiał kontrolny na trzecim poziomie dla testów rutynowych będzie pochodził od innego producenta niż odczynniki. Zaproponowany materiał kontrolny będzie pochodził od firmy specjalizującej się w produkcji materiałów kontrolnych i będzie zawierał wartości metrykalne dla oferowanego analizatora i odczynników.

Wyjaśnienie: Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ i wymagania określone w SIWZ.

Z – ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. leczenia  
lek. med. Marek Lipiec