



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 04 grudnia 2007 r.

AZP 3320/127/10375/07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch aparatów do znieczulania ogólnego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Punkt 13. Czy Zamawiający dopuści mechaniczne zabezpieczenie przed hipoksją poprzez automatyczne utrzymanie stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na bezpiecznym dla pacjenta poziomie 27% tlenu nawet przy stosowaniu minimalnych przepływów ? Należy zaznaczyć, że przy zabezpieczeniu przed hipoksją na poziomie 27% zabezpieczamy pacjenta przed spadkiem stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej poniżej 21% nawet przy stosowaniu wysokich stężeń środków anestetycznych takich jak Sevofluran czy Desfluran, które wymagają przy wprowadzaniu wysokich stężeń 8vol% dla Sevorange i 12-15vol% przy Desflurane, czego nie uzyskamy w systemach zabezpieczających przed hipoksją na poziomie 23-25% tlenu w mieszaninie oddechowej.

Wyjaśnienie: Tak wyrażamy zgodę.

2. Punkt 19. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania, który posiada zastawkę nadciśnieniową o zakresie regulacji od 1 do 60 cm H₂O ?

Wyjaśnienia: Nie, zgodnie z SIWZ.

3. Punkt 27. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator anestetyczny, który posiada jako tryby oddechu wspomaganego PSV, SMV, SMMV ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ

4. Alarmy w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta. Czy Zamawiający będzie wymagał alarmu niskiej i wysokiej objętości oddechowej V_t ?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań.

5. Punkt 61. Czy Zamawiający dopuści monitor z zapisem 4 pętli spirometrycznych ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ

6. Punkt 73. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy modułowy 17” monitor pacjenta z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia NIBP z wyświetlaniem wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego bez eliminacji artefaktów ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

7. Punkt 85. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga modułu pomiaru głębokości uśpienia BIS z osprzętem i 25 elektrodami do każdego monitora ?

Wyjaśnienie: Tak moduł pomiaru głębokości uśpienia BIS z osprzętem i z 25 elektrodami do każdego monitora.

8. Punkt 87. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga pomiaru zwiotczenia mięśni NMT do każdego aparatu ?

Wyjaśnienie: Tak, do każdego aparatu do znieczulania pomiar zwiotczenia mięśni NMT.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła IIU w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek