



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 05 grudnia 2007 r.

AZP 3320/127/10376/07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch aparatów do znieczulania ogólnego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Tryby wentylacji – punkt 26, 27, 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat bez trybu wentylacji PSV i SIMV+PS, ale oferujący najczęściej używane w warunkach klinicznych tryby: VCV (wentylacja kontrolowana objętością), PCV (wentylacja kontrolowana ciśnieniem), tryb ręczny i oddech spontaniczny, z regulacją objętości oddechowej w trybie objętościowym od 45 do 1500 ml i z objętością oddechową w trybie ciśnieniowym od 5 ml ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

2. Tryby wentylacji i regulacje – punkt 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu jednego aparatu oferującego wszystkie wymagane przez Zamawiającego tryby wentylacji (tryb ręczny, oddech spontaniczny, VCV, PCV, PSV, SIMV+PS), oraz jednego aparatu, który posiada tryby wentylacji: ręczny, oddech spontaniczny, VCV, PCV z regulacją objętości oddechowej w trybie objętościowym od 45 do 1500ml i z objętością oddechową w trybie ciśnieniowym od 5 ml ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

3. Monitor Pacjenta – punkt 62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat wyposażony w kolorowy modułowy monitor anestetyczny o przekątnej 12,1” ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

4. Monitor Pacjenta/Mierzone Parametry – punkt 85, 87. Zamawiający wymaga dostarczenia do monitora pacjenta modułu BIS (punkt 85) umożliwiającego pomiar na monitorze pacjenta głębokości uśpienia. W punkcie 87 wymagany jest pomiar NMT – zwiótczenia mięśniowego pacjenta. Czy pomiar ten również ma być prezentowany w monitorze na co wskazuje umieszczenie zapisu w części MONITOR PACJENTA/MIERZONE PARAMETRY ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga aby pomiar zwiótczenia mięśniowego pacjenta był prezentowany na monitorze.

5. Monitor Pacjenta/ Mierzone Parametry – punkt 87. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z NMT osprzętu do pomiaru w postaci 1 szt. Wielorazowego czujnika pomiarowego ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga pomiaru zwióczenia mięśni NMT gotowego do pracy tzn. bez żadnych dodatkowych zakupów.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II 10 w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek