



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 07 grudnia 2007 r.

AZP 3320/127/ /07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch aparatów do znieczulania ogólnego. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Punkt 19. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania, który posiada zastawkę nadciśnieniową o zakresie regulacji od 1 do 60 cm H₂O ? Ciśnienia w drogach oddechowych powyżej 60 cm H₂O grożą barotraumą i praktycznie nie są stosowane ani podczas wentylacji ręcznej ani mechanicznej.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

2. Punkt 27. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator anestetyczny, który posiada następujące tryby wentylacji: VCV, PCV, PSV, SIMV, SMMV ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

3. Punkt 61. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor o przekątnej ekranu 17" z zapisem 4 pętli spirometrycznych ? Większa ilość pętli spirometrycznych ma zastosowanie na Oddziale Intensywnej Terapii ?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ. Ponadto informujemy, że użytkownikiem przedmiotowych aparatów będzie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

4. Punkt 73. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy modułowy 17" monitor pacjenta z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia NIBP z wyświetlaniem wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego, ale bez eliminacji artefaktów ? Eliminacja artefaktów jest funkcją istotną na Oddziale Intensywnej Terapii gdzie ruchy pacjenta mogą wpływać na prawidłowość odczytu ciśnienia NIBP.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ. Ponadto informujemy, że użytkownikiem przedmiotowych aparatów będzie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Informujemy także, że odpowiedzi na w/w pytania zostały już zamieszczone w piśmie znak AZP 3320/127/10375/07 z dnia 04 grudnia 2007 r dotyczącego wyjaśnień treści SIWZ.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec