



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość dnia 07 stycznia 2008r.

AZP.3320/128/00132 /07/08

dotyczy: rozstrzygnięcia protestu.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 stosownie do art.183 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, iż rozpatrzył protest wniesiony przez firmę Mercator Medical Spółka Akcyjna ul. H.Modrzejewskiej 30, 31 – 327 Kraków w dniu 20 grudnia 2007r. na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego. Zamawiający postanowił **uwzględnić protest w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 i zadaniu nr 3 zawierającego wymagania, by oferowane rękawice chirurgiczne sięgały do 1/3 długości przedramienia i aby mankiet rękawic posiadał podłużne i poprzeczne wzmocnienie, które zapobiega zsuwaniu się. Zarzut dotyczący wymaganego poziomu AQL maksymalnie 1,0 zamawiający uznał za nieuzasadniony, zatem w tej części protest zostaje oddalony.**

### **Uzasadnienie rozstrzygnięcia protestu:**

Zamawiający, po zapoznaniu się z treścią protestu, uznał zarzuty Protestującego za uzasadnione w części odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 – Rękawice chirurgiczne, sterylne do stosowania w chirurgii inwazyjnej i w zadaniu nr 3 – Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpydrowe, bezlateksowe do stosowania w chirurgii inwazyjnej i rękawice sekcyjne w zakresie dotyczącym zawartego w nim wymagania, by oferowane rękawice sięgały do 1/3 długości przedramienia i aby mankiet rękawic posiadał podłużne i poprzeczne wzmocnienie, które zapobiega zsuwaniu się. Przyznajemy, iż w tym przypadku nie zostały spełnione przesłanki art. 29 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który zobowiązuje zamawiającego, m.in., do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Został również naruszony art. 7 ust. 1 w/w ustawy mówiący o konieczności zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz art. 29 ust. 2. W związku z powyższym uwzględnione zostaną żądania Protestującego dotyczące modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzającej rezygnację zamawiającego z warunków, aby oferowane w zadaniu nr 2 i w zadaniu nr 3 rękawice sięgały do 1/3 długości przedramienia oraz aby mankiet rękawic posiadał podłużne i poprzeczne wzmocnienie.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż nie zgadza się z postawionym w proteście zarzutem naruszenia art. 30 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przy opisanie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 i zadaniu nr 3 poprzez zawarcie w nim wymagania

dla rękawic chirurgicznych dotyczących poziomu AQL maksymalnie 1,0. Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek ale również prawo określenia przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Odnośnie poziomu AQL dla szczelności rękawic norma PN-EN 455-1 przewiduje poziom nie większy lub równy 1,5. Wielkość przyjęta w normie stanowi standard. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie może określić jej na poziomie 1,0, dążąc do uzyskania w efekcie produktu wysokiej jakości niezbędnej dla funkcji, którą ma spełnić. Zamawiający na podstawie doświadczenia zdobytego podczas wieloletniego użytkowania różnego rodzaju rękawic przez personel medyczny uznał, że pozyskanie dobrych jakościowo rękawic chirurgicznych sterylnych do stosowania w chirurgii inwazyjnej gwarantuje poziom AQL maksymalnie 1,0 i taki wymóg zawarł w SIWZ.

Opisując przedmiot zamówienia zamawiający ma prawo postawić dodatkowe warunki w celu zapewnienia odpowiedniej jakości zamawianych wyrobów określając go na podstawie własnych doświadczeń, w tym przypadku personelu medycznego.

W ocenie zamawiającego nie nastąpiło w przedstawionej kwestii działanie sprzeczne z powołanymi w proteście przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które naruszałoby interes prawny Protestującego. W innych zadaniach przedmiotowego postępowania t.j. obejmujących dostawę rękawic chirurgiczno – zabiegowych oraz rękawic zabiegowych i chirurgicznych hypoalergicznym zamawiający zliberalizował warunek dotyczący poziomu AQL dla oferowanych rękawic – w zadaniu nr 1 wielkość tę określił na poziomie maksymalnie 1,5, a w zadaniu nr 4 nie zawarł tego wymogu w ogóle.

Reasumując należy stwierdzić, że zamawiający przez dokonanie podziału przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy rękawic na 4 zadania, zróżnicowanie wymagań wobec przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach i dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych zapewnił zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców umożliwiając im swobodny dostęp do udziału w postępowaniu.

Zamawiający uznał za nieuzasadniony zarzut Protestującego dotyczący wymagań SIWZ, aby poziom AQL dla oferowanych w zadaniach nr 2 i nr 3 rękawic wynosił maksymalnie 1,0 Protest w tej części nie został uwzględniony, co powoduje jego oddalenie. Tym samym żądania Protestującego dotyczące modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyszczególnione w punktach 1 i 2 złożonego protestu nie zostaną spełnione.

Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

Od rozstrzygnięcia protestu służy w terminie pięciu dni od dnia doręczenia odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z obowiązkiem jednoczesnego poinformowania zamawiającego o wniesieniu odwołania.

Niniejsze rozstrzygnięcie protestu przesyłamy Państwu faksem i listem poleconym.

Dyrektor

lek. med. Andrzej Mielcarek