



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 21 stycznia 2008r.

AZP 3320/128/ /07/08

dotyczy: wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienie:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 1 wzoru umowy:

“Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niedostarczonego towaru.”

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę cen brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie 3 dot. zadania 6:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści cewnik dwuświatłowy w rozmiarze 8,5 F ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 4 dot. zadania 6:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści cewnik dwuświatłowy w rozmiarze 5,5 F ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 5 dot. zadania 6:

Czy Zamawiający w pozycjach 1 – 4 wymaga niezintegrowanego łącznika Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającego bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 1 pozycje 1-3:

Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie nastąpiła omyłka pisarska ? Zamawiający wymaga rękawic niesterylnych w rozmiarach 6, 7 i 8, natomiast powszechnie stosowanym oznaczeniem rozmiaru rękawic niesterylnych są odpowiednio S, M i L. W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga rękawic w rozmiarach S, M i L ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza rozmiar S, M i L. (S = rozmiar 6; 6,5), (M = rozmiar 7; 7,5), (L = rozmiar 8; 8,5).

Pytanie dot. zadania 8 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 kranik trójdrożny z drenem 10 cm ?

Wyjaśnienie:

Tak. Dopuszczamy kranik trójdrożny z drenem 10 cm.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga aby kranik trójdrożny w pozycji 2 był wykonany z poliwęglanu ?

Wyjaśnienie:

Tak – z poliwęglanu.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 1, 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy cała obudowa kraników (łącznie z koreczkiem) ma być przezroczysta ?

Wyjaśnienie:

Koreczek nie musi być przezroczysty.

Dyrektor
lek. med. Andrzej Mielcarek