



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 25 stycznia 2008r.

AZP 3320/128/ /07/08

dotyczy: wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienie:

Pytanie 1 dotyczy zadania nr 6:

Czy Zamawiający w pozycji 3, ze względu na pediatryczne zastosowanie cewnika oraz fakt, iż oferowane łączniki Y dostosowane są do użytku z cewnikami dla dorosłych dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera bez łącznika Y ?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ i późniejszych wyjaśnieniach treści SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy zadania 2 poz. 1-6:

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający faktycznie oczekuje zaoferowania rękawic bezlateksowych, jeśli tak to czy nie zaszła pomyłka w określeniu wymogów jakie mają spełniać zaoferowane rękawice dot. poziomu protein – które nie dotyczą rękawic bezlateksowych.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ z uwzględnieniem modyfikacji treści SIWZ wprowadzonej pismem AZP.3320/128/00185/07/08 z dnia 08 stycznia 2008r. i późniejszych wyjaśnień.

Pytanie 3 dotyczy zadania 2 poz. 1-6:

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia ma na myśli rękawice lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową.

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w SIWZ, której treść wraz z późniejszą modyfikacją i wyjaśnieniami jest wiążąca.

Pytanie 4 dot. zadania 3 poz. 7, 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic sekcyjnych w rozmiarach: S – odpowiadający rozmiarowi 6,5; lub M – odpowiadający rozmiarowi 7,5; lub L – odpowiadający rozmiarowi 8,5 ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążąca jest treść SIWZ.

Pytanie 5 dot. zadania 4 poz. 1 - 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic posiadających powierzchnię śliską bez mikroporów?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążąca jest treść SIWZ.

Pytanie 6 dot. zadania 4 poz. 8 - 10:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi większej liczbie oferentów złożyć ważne i konkurencyjne oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wiążąca jest treść SIWZ.

Pytanie 7 dot. zadania 9:

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający będzie mierzył wyspecyfikowane parametry dotyczące składu stali z jakiej zostały wykonane ostrza.

Wyjaśnienie:

Zamawiający w SIWZ sprecyzował wymagania odnośnie wielu parametrów, jakie winny posiadać wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu, nie uznając za konieczne podanie sposobu pomiaru tych parametrów z uwagi na fakt, iż jakość (ocena techniczna) nie jest w tym przetargu kryterium oceny ofert.

Zgodnie z zapisami na str. 13 SIWZ Wykonawcy mają obowiązek przedstawienia w ofercie informacji na temat parametrów technicznych i wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia w celu umożliwienia zamawiającemu sprawdzenia zgodności oferty z określonymi w specyfikacji wymaganiami.

Dyrektor
lek med. Andrzej Mielcarek