



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 28 grudnia 2007r.

AZP.3320/131/

/07

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytania :

Zadanie 1 i 2

1. Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy z czułością przedsionka od 0,4mV, niewiele różniącą się od parametru wymaganego?
2. Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy bez algorytmu stabilizacji rytmu komór?
3. Czy Zamawiający uzna za równoważną ofertę, w której zamiast „stymulatora z testem progu stymulacji z krzywą zależności od szerokości impulsu” oferent zaoferuje „test progu stymulacji z dokładnym, bo co 0,1V, testem amplitudy” przy zaprogramowanej szerokości impulsu.?

Wyjaśnienie:

Zadanie 1

Ad. 1, 2, 3

W zadaniu nr 1 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stymulatorów o w/w proponowanych parametrach.

Zadanie 2

Ad. 1, 2, 3

W zadaniu nr 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stymulatorów posiadających w/w parametry.