



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 18 kwietnia 2007 r.

AZP 3320/27/ /07

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

dotyczy: wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

### **Pytanie 1 - dot. zadania nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza:

- a) oksygenator dla dorosłych o następujących parametrach:
  - z filtrem wbudowanym w linii tętniczej,
  - powierzchni membrany natleniającej 2,5 m<sup>2</sup>,
  - zakresie przepływu od 0,5 do 7 l/min ?
- b) kardiotorom o wielkości otworów filtracyjnych 30 mikronów ?
- c) filtr tętniczy o wielkości otworów filtracyjnych 38 mikronów ?
- d) całkowitej objętości wypełnienia statycznego oksygenatora + filtra tętniczego + wymiennika ciepła 482 ml ?

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza:

- a) oksygenator dla dorosłych z filtrem wbudowanym w linii tętniczej, powierzchni membrany natleniającej 2,5 m<sup>2</sup>, zakresie przepływu od 0,5 do 7 l/min.,
- a) kardiotorom o wielkości otworów filtracyjnych 30 mikronów,
- b) filtr tętniczy o wielkości otworów filtracyjnych 38 mikronów,
- c) całkowitej objętości wypełnienia statycznego oksygenatora + filtra tętniczego + wymiennika ciepła 482 ml.

### **Pytanie 2 – dot. zadania 1:**

Czy zamawiający dopuści do przetargu oksygenator o następujących parametrach:

- z filtrem wbudowanym na linii tętniczej o wypełnieniu 195 ml ?
- powierzchnia wymiany gazowej: 1,7 m<sup>2</sup>,
- objętość wypełnienia statycznego oksygenatora 250 ml ?
- wielkość otworów filtracyjnych kardiotoromu 30 micronów ?

- zakres przepływu krwi od 0 – 7,5 ml/min ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza oksygenator z filtrem wbudowanym na linii tetniczej o wypełnieniu 195 ml, powierzchnia wymiany gazowej: 1,7 m<sup>2</sup>, objętość wypełnienia statycznego oksygenatora 250 ml, wielkość otworów filtracyjnych cardiotomu 30 micronów, zakres przepływu krwi od 0 – 7,5 ml/min.

**Pytanie 3 dot. projektu umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę cen jednostkowych brutto przy zmianie stawki VAT ?  
Ceny netto pozostaną niezmiennione

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie 4 dot. projektu umowy § 6 ust. 1:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kar umownych na 0,1 % wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie 5 – dotyczy zadania 12:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie cewników o długości 16 cm.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążące są zapisy zawarte w SIWZ.

Jednocześnie zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 02 maja 2007r. godz. 12.00.** oraz **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **02 maja 2007r. godz. 13.00.** i **termin wnoszenia wadium**, który wyznacza się do dnia **02 maja 2007r. godz. 12.00.**

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.