



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 30 kwietnia 2007 r.

AZP 3320/27/ /07

dotyczy: wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy jego treść i wyjaśnienie:

Pytanie 1 – dot. Zadania nr 1

Zestaw drenów Ad. 12:

Czy konektory pomiaru saturacji, hematokrytu i prężności tlenu kompatybilne z urządzeniem DATA MASTER powinny być wbudowane w linię żylną i tętniczą, czy mogą być dostarczone oddzielnie ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w SIWZ konektory pomiaru saturacji, hematokrytu i prężności tlenu kompatybilne z urządzeniem DATA MASTER powinny być wbudowane w linię żylną i tętniczą