

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W ZAMOŚCIU
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel. (0-84) 677 – 33 – 33
fax (0-84) 638 – 66 – 69
strona internetowa www.szpital.zamosc.tpnet.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.
przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
dla Oddziału Kardiochirurgii
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Formularz „Oferta wykonawcy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
3. Wzór umowy.

Zamość, dnia 05 marca 2007r

O F E R T A W Y K O N A W C Y
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.

Zadanie

Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22 – 400 Zamość

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr z dnia.....

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem w zadaniuza cenę netto (bez podatku VAT)zł.

słownie.....

..... zł.

plus podatek VAT zł.

słownie.....

.....

Ogółem cena z podatkiem VAT zł.

słownie

.....zł

zgodnie z przedstawioną ofertą cenową.

2. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wadium w kwocie zostało wniesione w dniu w formie
4. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać podwykonawcę i część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy ich powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.
5. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy lub odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający zatrzymuje wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami.
6. Oferta składa się z następujących oświadczeń i informacji oraz są dołączone następujące dokumenty:

.....
(data. Podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Instrukcja dla wykonawców

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Oddziału Kardiologii** Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa). Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:

Zadanie 1 – Zestaw kardiotorom + oksygenator. CPV – 33.18.60.00-7_

1. Zestaw kardiotorom + oksygenator membranowy dla dorosłych w systemie otwartym z wbudowanym filtrem tętnicznym i powłoką biokompatybilną + zestaw drenów z wbudowanymi cewkami pomiarowymi do monitoringu saturacji i hematokrytu, kompatybilnymi z urządzeniem Data Master – **360 zestawów**.

Uszczegółwienie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 1

L.p.	Parametr/ warunek wymagany Oksygenator	Parametr oferowany
1.	Oksygenator membranowy w systemie otwartym z wbudowanym filtrem tętnicznym, membrany powlekane powłoką biokompatybilną – opisać rodzaj powłoki.	
2.	Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godzin.	
3.	Zakres przepływu krwi od 0,0 do 8,0 l/min.	
4.	Objętość wypełnienia statycznego moduł oksygenatora + filtr + wymiennik ciepła = 430 ml.	
5.	Wbudowany filtr tętniczny w moduł oksygenatora - powierzchnia: 0,04 m ² - wielkość otworów filtracyjnych: 40 micronów.	
6.	Powierzchnia wymiany gazowej 2,0 m ² .	
7.	Powierzchnia wymiennika ciepła min. 0,14 m ² (stalowy) sprawność przy przepływie 4l/min – 60%	
8.	Obudowa oksygenatora twarda z tworzywa sztucznego.	
9.	Zintegrowany zbiornik kardiotoromijny z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu min. 4,0 l.	
10.	Wielkość otworów filtracyjnych cardiotomu 40 micronów.	
11.	Konektory łączące cardiotomu: - wlot żylny ½ cala, - wylot krwi 3/8 cala, - ssakowe 4x1/4 cala i 2x 3/8 cala, 3 x konektory typu luer (filtrowane), 2 x konektory typu luer (nie filtrowane)	

	wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala.	
12.	Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i cardiocie żylnym.	
13.	Port do podawania kardioplegii krwistej.	
14.	Tworzywa użytego produkcji oksygenatora i cardiotomu apyrogenne i nietrombogeniczne.	
15.	Opakowanie zewnętrzne min. Podwójne	
16.	W opakowaniu zbiorczym min. 3 szt.	
17.	Dostarczenie uchwytów montażowych (holderów) min. 2 szt.	
18.	Termin przydatności do użycia min. 3 lata.	

Zestaw drenów

L.p.	Parametr/ warunek wymagany	Parametr oferowany
1.	Zestaw drenów do krążenia pozaustrojowego dla dorosłych.	
2.	Dreny wykonane z tworzywa PCV i silikonu medycznego.	
3.	Część drenów tworząca układ tętnica – żyła połączona i pakowana w oddzielny pakiet.	
4.	Dreny oznaczone tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski.	
5.	Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylniej oraz linii ssakowych.	
6.	Linie ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony.	
7.	Części drenów na bieżnię pompy wykonane z silikonu medycznego.	
8.	Linia tętnicza z PCV – 3/8 cala x 3/32 cala, 200 cm.	
9.	Linia żylna z PCV – 1/2 cala x 3/32 cala, 200 cm.	
10.	Linie ssakowe z PCV – 1/4 cala x 1/16 cala, 400 cm.	
11.	Linie na bieżnię pomp: Tętnicza 1/2 cala x 3/32 cala silikon medyczny, Ssakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny.	
12.	Fabrycznie wmontowane konektory do pomiaru: saturacji, hematokrytu i prężności tlenu podczas zabiegu w krążeniu pozaustrojowym. /Kompatybilne z Data Master/. Linia żylna - konektor wbudowany w odległości 20 cm od wlotu linii żylniej do cardiotomu. Linia tętnicza – konektor wbudowany w odległości 50 cm od wylotu linii tętniczej z	

	oksygenatora.	
13.	Linia tętnicza – łącznik do pomiaru ciśnienia.	
14.	Linia do szybkiego wypełnienia	
15.	W zestawie filtr gazów medycznych	
16.	Opakowanie zewnętrzne min. podwójne.	

Zadanie 2 – Zestaw do podawania kardioplegii CPV – 33.18.60.00-7

1. Zestaw do podawania kardioplegii krwistej 4:1 z metalową spiralą – **400 zestawów**
Zestaw zawiera:
 - filtr typu bubble – trap,
 - czujnik do pomiaru temperatury wbudowany w układ drenów i umiejscowiony przed filtrem bubble – trap,
 - linia do pomiaru ciśnienia zakończona końcówką typu luer,
 - podwójna linia do poboru krystaloidu,
 - metalowa spirala,
 - linia na stół operacyjny pakowana w oddzielny pakiet,
 - całość zestawu pakowana w podwójny pakiet.

Zadanie 3 – Kaniule żyłne i aortalne, wenty, miękkie ssawki CPV – 33.14.12.20-8

1. Kaniula żylna dwustopniowa prosta zbrojona z łącznikiem ½ cala x ½ cala, 36 Fr – **350 sztuk.**
2. Kaniula żylna pojedyncza prosta zbrojona 36 Fr – **40 sztuk.**
3. Kaniula żylna pojedyncza prosta zbrojona 32 Fr – **10 sztuk.**
4. Kaniula aortalna zakrzywiona zbrojona z łącznikiem 3/8 cala x 3/8 cala, 24 Fr – **350 sztuk.**
5. Kaniula do podawania kardioplegii z wentem 9 Fr – **350 sztuk.**
6. Kaniula do podawania kardioplegii dowięcowo zakończona napełnianym balonikiem uszczelniającym ujścia wieńcowe – **15 sztuk.**
7. Went z metalowym przewodnikiem 20 Fr – **40 sztuk.**
8. Miękka ssawka zakończona metalową sprężynką - **30 sztuk.**

Zadanie 4 – Kaniule żyłne, zestawy do kaniulacji, blowery CPV – 33.14.12.20 – 8

1. Kaniula żylna trzystopniowa prosta zbrojona 29 Fr – **20 sztuk.**
2. Kaniula żylna pojedyncza zakrzywiona zbrojona z metalowym końcem 28 Fr – **10 sztuk.**
3. Kaniula żylna pojedyncza zakrzywiona zbrojona z metalowym końcem 32 Fr – **10 sztuk.**
4. Zestaw do kaniulacji udowej tętniczej 21 Fr z zestawem do wprowadzania – **5 sztuk.**
 - rozmiar kaniuli 21 Fr,
 - długość 20 – 25 cm,
 - kaniula posiadająca konektor łączący 3/8 cala,
 - kaniula cienkościenna,
 - zestaw do kaniulacji metodą Seldingera zawierający: ostrze, rozszerzacz, przewodnik, strzykawkę.
5. Zestaw do kaniulacji udowej żyłnej, kaniula żylna udowa dwustopniowa – **5 sztuk.**
 - rozmiary: dystalny od 24Fr do 30 Fr
 proksymalny od 29 do 33 Fr,
 - długość min. 70 cm z konektorem łączącym 3/8 cala lub ½ cala
 - zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu,
 - kaniula wyposażona w rozszerzacz i przewodnik o dł. min. 180 cm,
 - kaniula posiadająca znaczniki głębokości wprowadzenia.
6. Blower do rozdmuchiwania strumienia krwi. Podwójna linia do podawania płynu i

powietrza – **40 sztuk.**

Zadanie 5 – Hemofiltr + zestaw drenów, trójniki, wkłady CPV – 33.18.12.00 - 4

1. Hemofiltr + zestaw drenów – **20 sztuk.**
 - powierzchnia efektywna błony błony hemofiltera max. 1,5 m²,
 - membrany syntetyczne,
 - objętość wypełnienia statycznego max. 105 ml,
 - dren tętniczy i żylny zakończony nakrętką typu luer,
 - dreny umożliwiające połączenie z kolumną hemofiltera,
 - igła do połączenia z drenem tętniczym umożliwiającą odpowietrzenie układu.
2. Trójnik 3/8 cala x 3/8 cala x 3/8 cala – **300 sztuk.**
3. Wkład do separatora komórkowego o objętości dzwonu 55 ml – **10 sztuk.**
4. Wkład do separatora komórkowego o objętości dzwonu 175 ml – **10 sztuk.**

Zadanie 6 – Worki transferowe CPV – 33.14.16.12 - 3

1. Worki transferowe, jednorazowe, apyrogenne. sterylne na krew o objętości 600 ml – **150 sztuk.**
2. Worki transferowe, jednorazowe, apyrogenne. sterylne na krew o objętości 1 000 ml – **150 sztuk.**

Zadanie 7 – Przetworniki CPV – 33.25.23.00 - 4

1. Przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, kompatybilne z płuco-sercem Stockert – **40 sztuk.**

Wykonawca, którego oferta w zadaniu 7 zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczy na okres trwania umowy: 4 (cztery) kable kompatybilne z aparatem, 2 (dwie) płytki mocujące przetworniki i 2 (dwa) mankiety wysokociśnieniowe.

Zadanie 8 – Plasterki poziomów CPV – 33.25.22.00 - 3

1. Plasterki poziomów do czujnika poziomu do aparatu płuco-serca Stockert – **100 sztuk.**

Zadanie 9 – Wkład do pompy centryfugalnej CPV – 33.19.41.20 - 3

1. Wkład do pompy centryfugalnej – **5 sztuk.**
 - wmontowany w układ drenów czujnik przepływu,
 - wypełnienie główicy max. 86 ml
 - wkład jednorazowego użytku kompatybilny z biopompą Biomedicus 550

Zadanie 10 – Rury karbowane CPV – 33.14.00.00 - 3

1. Rury karbowane aerozolowe do respiratora – **4 000 m.**

Zadanie 11 – Strzykawki j.u. do pomiaru gazometrii CPV – 33 14.13.10 – 6

1. Strzykawki j.u. stosowane do pomiaru gazometrii poj. 2 – 3 ml – **4 000 sztuk.**

Zadanie 12 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń CPV – 33.14.16.20 - 2

1. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń z poliuretanu do metody Seldingera , trójświatłowy 7F/15 cm z atraumatycznym końcem, kontrastujący w RTG, ze znacznikiem długości, podwójnymi skrzydełkami – **450 sztuk.**

2. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń z poliuretanu do metody Seldingera, jednoświatłowy 3F/10 cm z atraumatycznym końcem, kontrastujący w RTG, ze znacznikiem długości, podwójnymi skrzydełkami – **50 sztuk**.

Zadanie 13 – Introduktory CPV – 33.14.12.20 - 8

1. Introduktor 8F z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, przewodnik typu J - **300 sztuk**.
2. Introduktor 9F z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, przewodnik typu J - **200 sztuk**.

Zadanie 14 – Aparaty do przetoczeń CPV – 33.19.42.00 - 8

1. Aparaty do przetoczeń ze zintegrowaną w linii infuzyjnej biuretą (wyskalowaną w ml) zapewniającą regulację objętości infuzji w zakresie 10 – 100 ml lub 10 – 150 ml, mikrokroplomierzem, wstawką do dodatkowych wstrzyknień – **150 sztuk**.
2. Aparaty do przetoczeń ze zintegrowaną w linii infuzyjnej komorą (wyskalowaną w ml/h) o zmiennej geometrii zapewniającą regulację prędkości przepływu w zakresie 5 – 250 ml/h – **300 sztuk**.

Zadanie 15 – Kaniuła donaczeniowa CPV – 33.14.12.20 - 8

1. Kaniuła donaczeniowa 20G/32 mm z możliwością nakłucia tętnicy promieniowej - **600 sztuk**.

Zadanie 16 – Cewniki Swanna – Ganz CPV – 33.14.12.00 - 2

1. Cewnik Swanna – Ganz. Cewnik do pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i pomiaru rzutu serca metodą termodilucji z mankietem osłaniającym nr 7F - **250 sztuk**.
2. Cewnik Swanna – Ganz. Cewnik do pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i pomiaru rzutu serca metodą termodilucji z mankietem osłaniającym nr 7,5F - **150 sztuk**.

Zadanie 17 – Filtry oddechowe CPV – 33.14.10.00 - 0

1. Filtry oddechowe mechaniczne, bakteryjno – wirusowe ze zwiększoną wydajnością ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos”, na rurkę intubacyjną z możliwością podłączenia do respiratora, do złącza Y - **50 sztuk**.

Zadanie 18 – Rurki dooskrzelowe CPV – 33.14.00.00 - 3

1. Rurka dooskrzelowa, dwuświatłowa (lewa) 37 CH wraz z zestawem złączy – **10 sztuk**.
2. Rurka dooskrzelowa, dwuświatłowa (lewa) 35 CH wraz z zestawem złączy – **10 sztuk**.
3. Rurka dooskrzelowa, dwuświatłowa (lewa) 33 CH wraz z zestawem złączy – **10 sztuk**.

Zadanie 19 – Probówki do testu typu FTCA 510 CPV – 33.14.16.12 - 3

1. Probówki do testu typu FTCA 510 do wykonania badań krzepliwości krwi pomiar ACT – **1 615 sztuk**.

Zadanie 20 – Obłożenia i fartuchy CPV.18.81.11.00 - 0

1. Zestaw obłożeń jednorazowego użytku do zabiegów sercowo – naczyniowych (by-pass, wymiana zastawek serca) zawierający:
 - serweta z otworem na klatkę piersiową, wypełnionym folią samoprzylepną 35 x 40 cm, wielkość serwety 250 cm x 315 cm,
 - serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza, wielkość 200 cm x 260 cm,
 - serweta 150 cm x 175 cm,
 - serweta na stół podstawowy 150 cm x 200 cm,

- serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm,
- ochraniacze 2 szt. na stopy kończyn dolnych
- paski samoprzylepne 2 szt.
- kieszeń samoprzylepna 2 szt. Wielkość: długość klejąca na wsad 30 – 40 cm, szerokość/głębokość 20 – 25 cm.

Ilość zestawów - 50

2. Fartuch jednorazowy, jałowy, chirurgiczny, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie w części przedniej i rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Dla większej swobody ruchów krój rękawów typu reglan. Tylne poły fartucha zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem (tzw. sterylne plecy). Fartuch zapinany przy szyi na rzep, pakowany pojedynczo, rozmiar L - **200 sztuk.**

Zadanie 21 – Klipsy naczyniowe CPV – 33.16.90.00 - 2

1. Klipsy naczyniowe - **10 000 sztuk:**

- wykonane z biologicznie obojętnego stopu tytanu,
- nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów),
- podłużny rowek na całej długości wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania,
- poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni zabezpieczające przed ześlizgnięciem,
- kolor zasobnika identyczny z kolorem opakowania i klipsownicy,
- zasobnik wyposażony w taśmę samoprzylepną.

Wykonawca, którego oferta w zadaniu 21 zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczy na okres trwania umowy klipsownicy 18 – 20 cm w ilości 3 sztuki.

Zadanie 22 – Dreny do klatki piersiowej CPV – 33.14.16.40 - 8

1. Dren do klatki piersiowej, długość min. 50 cm, zawierający linie o dobrej widoczności w promieniach RTG, plastyczny, zawiera min. 6 otworów przeciwległych zapewniających optymalną ewakuację wydzieliny, ścięty pod skosem, łatwy do szczelnego montażu z konektorem 3/8:

- a/ prosty nr 32 – **50 sztuk,**
- b/ wygięty nr 32 – **50 sztuk,**
- c/ prosty nr 36 – **600 sztuk,**
- d/ wygięty nr 36 – **460 sztuk.**

Zadanie 23 – Folia operacyjna CPV – 33.14.11.11 - 1

1. Folia operacyjna, bakteriobójcza z jodoforem, chirurgiczna, wykonana z poliestru, grubość 0,025 mm, niepalna, antystatyczna, matowa, rozciągliwa, z hypoalergicznym klejem akrylowym, jałowa, zawiera boki nieprzylepne min. 5 cm, wielkość 60 cm x 56 cm - **500 sztuk.**
2. Folia chirurgiczna, sterylna, samoprzylepna, wykonana z poliestru, grubość 0,025 mm, niepalna, antystatyczna, matowa, rozciągliwa, z klejem akrylowym hypoalergicznym, margines nieprzylepny min. 5 cm, wielkość 60 cm x 56 cm - **200 sztuk.**
3. Folia operacyjna sterylna samoprzylepna z papierem zabezpieczającym wykonana z poliestru grubości 0,05 mm, wielkość 29/25 cm, powierzchnia klejąca 20/25 cm – **360 sztuk.**
4. Folia operacyjna jałowa, samoprzylepna z papierem zabezpieczającym wykonana z poliestru, rozmiar całkowity 15 – 20 cm, zawierająca boki nieprzylepne min. 5 cm - **400 sztuk.**

Zadanie 24 – Czyściki CPV – 33.16.90.00 - 2

1. Czyściki, papierki jałowe, samoprzylepne do czyszczenia elektrod – **500 sztuk.**

Zadanie 25 – Końcówki wieńcowe i koniuszkowe CPV – 33.16.90.00 - 2

1. Końcówki przeznaczone do współpracy z ramieniem Estech o symbolu 401-152T:

a/. końcówka wieńcowa – 20 sztuk

- ssąca,
- atraumatyczna,
- część ssąca z przejrzystego materiału,
- niskoprofilowa

b/. końcówka koniuszkowa – 5 sztuk

- ssąca,
- niskoprofilowa, nie zakrywająca naczyń wieńcowych
- z możliwością umieszczenia na ścianie komory serca,
- zapewniająca elastyczne zawieszenie serca nie upośledzające hemodynamiki

Zadanie 26 – Cewniki z balonem do kontrapulsacji CPV – 33.14.12.00 - 2_

1. Wewnątrzortalny cewnik z balonem do kontra pulsacji 8Fr i 7,5 Fr - **50 sztuk.**

- dostępny z pojemnością balonika 25 cc, 34 cc, 40 cc,
- cewnik z balonem z zestawem do wprowadzania z koszulką lub bez koszulki
- budowa cewnika typu CoLumen
- jednakowa średnica 8 Fr (7,5Fr) dla balonu i shaftu cewnika,
- znacznik do weryfikacji cewnika w skopii,
- kanał ciśnienia o średnicy 0,030” (0,027”)
- możliwość założenia przez dowolną koszulkę o średnicy wewnętrznej 8Fr (7,5 Fr),
- średnica przewodnika min. 0,025”
- cewniki do współpracy z pompą Datascope

Zadanie 27 - Nakładki silikonowe CPV – 33.16.90.00 - 2

1. Nakładka silikonowa do klemu naczyniowego – **250 opakowań.**

- do współpracy z klemem Geister 25-5050
- 2szt. = 1kpl. = 1 op.

Zadanie28 – Shunty wieńcowe CPV – 33.18.23.00 - 2

1. Shunty wieńcowe, zbudowane z silikonu medycznego, widoczne w promieniach RTG, asymetryczne umieszczenie nici zabezpieczających, zakończenie uszczelnieniem w kształcie oliwki, długość shuntu min. 14 mm, dostępne w rozmiarach od 1,0 mm do 3,0 mm:

- a/ nr 1,00 mm - **2 szt.**
- b/ nr 1,25 mm - **10 szt.**
- c/ nr 1,50 mm - **20 szt.**
- d/ nr 1,75mm - **20 szt.**
- e/ nr 2,00 mm - **20 szt.**
- f/ nr 2,50 mm - **10 szt.**
- g/ nr 3,00 mm - **10 szt.**

Zadanie 29 – Elektrody bierne CPV – 33.14.10.00 - 0

1. Elektroda bierna, neutralna do współpracy z diatermią Valleylab Force FX – **500 sztuk.**

- jednorazowa,
- samoprzylepna,
- hydrożelowa – warstwa żelu minimum 1,25 mm,

- dwubiegunowa,
- zabezpieczona przed wysychaniem,
- z systemem zabezpieczającym REM.

Wykonawca, którego oferta w zadaniu 29 zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczy na okres trwania umowy kabel kompatybilny z diatermią Valleylab Force FX w ilości min. 2 sztuki.

Zadanie 30 – Elektrody czynne CPV – 33.14.10.00 - 0

1. Elektroda czynna, nasierdziowa – **500 sztuk.**

- grubość 3/0, długość ok. 60 cm,
- igła nasierdziowa pełna 26 mm, kształt ½ koła
- igła przez skórna łamana 60 mm, prosta, pełna, tnąca,
- przewód ze stali wielowłókowej, izolowany,
- sterylna,
- pakowana pojedynczo,
- proste mocowanie na nasierdziu,
- opis rozmiaru igieł na opakowaniu lub saszetkach.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w zadaniach: nr 3 - poz. 5 i 7, nr 15, nr 17, nr 20, nr 21 i nr 28. Wymagana ilość próbek:

Zadanie 3 – Kaniule żyłne i aortalne, wenty, miękkie ssawki

Poz. 5. Kaniula do podawania kardioplegii z wentem 9 Fr – **1 sztuka.**

Poz. 7. Went z metalowym przewodnikiem 20 Fr – **1 sztuka.**

Zadanie 15 – Kaniula donaczeniowa

1. Kaniula donaczeniowa 20G/32 mm z możliwością nakłucia tętnicy promieniowej - **1 sztuka.**

Zadanie 17 – Filtry oddechowe

Filtry oddechowe mechaniczne, bakteryjno – wirusowe ze zwiększoną wydajnością ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos”, na rurkę intubacyjną z możliwością podłączenia do respiratora, do złącza Y - **1 sztuka.**

Zadanie 20 – Obłożenia i fartuchy

1. Zestaw obłożeń jednorazowego użytku do zabiegów sercowo – naczyniowych (by-pass, wymiana zastawek serca) zawierający:

- serweta z otworem na klatkę piersiową, wypełnionym folią samoprzylepną 35 x 40 cm, wielkość serwety 250 cm x 315 cm,
- serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza, wielkość 200 cm x 260 cm,
- serweta 150 cm x 175 cm,
- serweta na stół podstawowy 150 cm x 200 cm,
- serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm,
- ochraniacze 2 szt. na stopy kończyn dolnych

- paski samoprzylepne 2 szt.
- kieszeń samoprzylepna 2 szt. Wielkość: długość klejąca na wsad 30 – 40 cm, szerokość/głębokość 20 – 25 cm.

Ilość zestawów - 1

2. Fartuch jednorazowy, jałowy, chirurgiczny, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie w części przedniej i rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Dla większej swobody ruchów krój rękawów typu reglan. Tylne poły fartucha zakładane i wiązane na troki łączone kartonikiem (tzw. sterylne plecy). Fartuch zapinany przy szyi na rzep, pakowany pojedynczo, rozmiar L - **1 sztuka.**

Zadanie 21 – Klipsy naczyniowe

1. Klipsy naczyniowe - **18 sztuk:**

- wykonane z biologicznie obojętnego stopu tytanu,
- nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów),
- podłużny rowek na całej długości wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania,
- poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni zabezpieczające przed ześlizgnięciem,
- kolor zasobnika identyczny z kolorem opakowania i klipsownicy,
- zasobnik wyposażony w taśmę samoprzylepną.

Zadanie 28 – Shunty wieńcowe

1. Shunty wieńcowe, zbudowane z silikonu medycznego, widoczne w promieniach RTG, asymetryczne umieszczenie nici zabezpieczających, zakończenie uszczelnieniem w kształcie oliwki, długość shuntu min. 14 mm, dostępne w rozmiarach od 1,0 mm do 3,0 mm: - **1 sztuka.**

Określone próbki stanowią integralną część oferty. Brak wymaganych próbek spowoduje odrzucenie oferty, w danym zadaniu, jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Próbki zostaną wykorzystane do oceny zgodności oferowanego w danym zadaniu przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia **wykazu dostarczonych próbek**. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, nr katalogowy, określenie producenta, ilość.

Przedmiotowe próbki należy dostarczyć łącznie z ofertą w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert, tj. do dnia 23 kwietnia 2007r. do godz. 12.00.

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc ryzyko transportu. W razie reklamacji ilościowych wykonawca będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Sprzedający dokona odbioru od Kupującego wadliwego towaru w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji jakościowej wolny od wad przedmiot umowy zostanie dostarczony Kupującemu przez Sprzedającego w ciągu 24 godzin licząc od terminu odbioru wadliwej partii dostawy.

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

Kupujący będzie określał terminy poszczególnych dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu zamówienia na 7 (siedem) dni wcześniej przed terminem dostawy.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
 - a) prowadzą działalność z wartością przychodów ze sprzedaży nie niższą niż wartość przedmiotowego zamówienia,
 - b) posiadają zobowiązania na poziomie nie wyższym od wartości majątku (aktywów),
 - c) brak zastrzeżeń biegłego rewidenta, co do możliwości kontynuowania działalności w przyszłości - jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta
 - d) posiadają majątek obrotowy na poziomie nie niższym od wartości dostaw przypadających na jeden miesiąc w okresie realizacji zamówienia, bądź mają możliwość uzyskania środków finansowych na uzupełnienie tego poziomu.
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - a) muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia, dokumenty złożone w ofercie.

Nie spełnienie choćby jednego z podanych warunków podmiotowych spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania stosownie do art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, w związku z art. 44.
1. Dowód wniesienia wadium.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 1.

1. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2005 rok wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty, zobowiązania i należności za 2005r.

2. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, **wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 2.

1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. **Zamawiający wymaga przedstawienia realizacji 3 dostaw.** Wszystkie wymienione w przedmiotowym wykazie dostawy muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należytych wykonaniu.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 3.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (informacja musi dotyczyć wszystkich wymienionych w dokumencie potwierdzającym status prawny wykonawcy członków władz) - **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. .

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 10 i ust. 2 pkt. 1 – 4. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru strona 2 i 3 SIWZ). przedstawiony dla każdego zadania oddzielnie.
 2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na str. 16 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
 3. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia przygotowana dla każdego zadania oddzielnie z podaniem producenta i kraju pochodzenia oraz jego nazwy handlowej. **Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.**
1. Deklaracja wytwórcy (producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
 2. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił minimum 30 dni od daty otrzymania faktury VAT – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

Brak któregośkolwiek z wymienionych w pkt. 1 – 5 dokumentów, spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie (teczce). Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych, ewidencji działalności gospodarczej), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym

parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej):

Nazwa towaru, numer katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka VAT, cena jednostkowa z podatkiem VAT, łączna cena bez podatku VAT (wynik pomnożenia ceny jednostkowej bez podatku VAT przez ilość), łączna cena z podatkiem VAT (wynik pomnożenia ceny jednostkowej z podatkiem VAT przez ilość). Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT). Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie mogą ulec podwyższeniu.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii. Zadanie Nr Nie otwierać przed 23 kwietnia 2007r. godz. 13⁰⁰”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.

Próbki należy złożyć w oddzielnej kopercie lub paczce z zachowaniem wymagań dotyczących oznakowania i zabezpieczenia oferty w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie

dotatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Termin składania ofert upływa dnia 23 kwietnia 2007r. o godz. 12⁰⁰. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody ze strony wykonawcy nie powoduje utraty wadium. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie wyrazi zgody na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w dniu **23 kwietnia 2007r., o godz. 13⁰⁰**, pokój nr 210.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach informacje te będą niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Omyłki rachunkowe będą poprawiane zgodnie ze sposobem podanym w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, o wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne Wyniki przetargu

obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **10 060,00 złotych (dziesięć tysięcy sześćdziesiąt złotych)** za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:

Zadanie 1 –	4 100,00 zł
Zadanie 2 –	700,00 zł
Zadanie 3 –	670,00 zł
Zadanie 4 –	190,00 zł
Zadanie 5 –	180,00 zł
Zadanie 6 –	60,00 zł
Zadanie 7 –	20,00 zł
Zadanie 8 –	20,00 zł
Zadanie 9 –	80,00 zł
Zadanie 10 –	70,00 zł
Zadanie 11 –	50,00 zł
Zadanie 12 –	200,00 zł
Zadanie 13 –	200,00 zł
Zadanie 14 –	50,00 zł
Zadanie 15 –	40,00 zł
Zadanie 16 –	600,00 zł
Zadanie 17 –	10,00 zł
Zadanie 18 –	50,00 zł
Zadanie 19 –	100,00 zł
Zadanie 20 –	80,00 zł
Zadanie 21 –	320,00 zł
Zadanie 22 –	110,00 zł
Zadanie 23 –	280,00 zł
Zadanie 24 –	20,00 zł
Zadanie 25 –	250,00 zł
Zadanie 26 –	1 200,00 zł
Zadanie 27 –	120,00 zł
Zadanie 28 –	100,00 zł
Zadanie 29 –	50,00 zł
Zadanie 30 –	140,00 zł

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Kredyt Bank S.A. nr 55 1500 1807 1218 0003 8863 0000.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 23 kwietnia 2007r. godz. 12⁰⁰. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje wykluczenie z postępowania.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,
- zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego
- unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania
- którego oferta została odrzucona.

Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcom, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na swojej stronie internetowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia - jest ona dla nich wiążąca, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający powiadomi niezwłocznie

wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikami upoważnionymi przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: mgr Monika Zubala, Monika Jop, mgr Elżbieta Kolano - tel. 677 31 98, - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, inż. Teresa Huk - w sprawach formalno - prawnych tel. 677 32 81, pok. 215 – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faxem. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faxem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny o znaczeniu:

1. Cena - 100 %

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium oceny - cena.

Zamawiający zawrze umowę, w terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zmiany dokonane w przypadkach innych niż wymienione powyżej są nieważne.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Wykonawca oraz inne osoby, o których mowa w ustawie, mają prawo wnieść protest do zamawiającego, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający w dowolnym czasie jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wzywa wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu .

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia
- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa wcześniej uznaje się za jego oddalenie.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu..

Wszystkie istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej projekt umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia uzupełnień do treści zawieranej umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wzór umowy

zawierający istotne dla Kupującego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Umowa Nr

zawarta w dniu w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy "Kupującym" w imieniu którego działa:

1.....

az siedzibą wzarejestrowaną w....., zwaną w treści umowy „Sprzedającym” w imieniu której działają:

1.....

2.....

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniur. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, w niżej wymienionym asortymencie i ilościach:

§ 2.

1.Dostawy będą odbywały się przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia i podpisania umowy. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy na 7 (siedem) dni wcześniej przed terminem dostawy.

2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego, ponosząc ryzyko transportu..

3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.

4. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy.

5.Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Sprzedający dokona odbioru od Kupującego wadliwego towaru w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji jakościowej.

7. Wolny od wad przedmiot umowy zostanie dostarczony Kupującemu przez Sprzedającego w ciągu 24 godzin licząc od terminu odbioru wadliwej partii dostawy.

8. Za niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w wysokości 1% wartości wadliwej partii towaru za każdy dzień spóźnienia w odbiorze wadliwego towaru i dostawie towaru wolnego od wad.

§ 3.

1. Za dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku będą stosowane ceny jednostkowe brutto (z podatkiem VAT) takie jak w ofercie cenowej tj.

Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokościzł. słowniezł.

2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 4.

1. Płatności za wykonane części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego w

2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia w banku, przez Kupującego, dokumentu „polecenie przelewu”.

§ 5.

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

§ 6.

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy zapłaci on na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

1. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 6.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy po trzech reklamacjach jakościowych dostarczany sprzęt będzie nadal zawierał wady jakościowe.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane stosownym aneksem.

§ 10.

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 11.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. przez okres 12 miesięcy tj. do dnia

§ 12.

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

§ 13.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY :