



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 27 marca 2007r.

AZP.3320/28/ /07

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do ciągłej CVVH dla Stacji Dializ. Poniżej podajemy ich treść oraz wyjaśnienia.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hemofiltrów z błony polisulfonowej?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie :**

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „hemofiltr trójwarstwowy”.

**Wyjaśnienie :**

Hemofiltr trójwarstwowy – Zamawiający ma na myśli hemofiltry do zabiegów hemofiltracji.

**Pytanie :**

Czy zestawy drenów do aparatu Diapact CRRT mają być umieszczone na płycie ułatwiającej ich zakładanie na aparat, czy też każdy z drenów z kompletu ma być pakowany osobno?

**Wyjaśnienie :**

Zamawiający informuje, iż dreny mają być pakowane osobno.

**Pytanie :**

Czy pod pojęciem płyny dializacyjne należy rozumieć płyn do hemofiltracji (substytucji) konfekcjonowany w sterylnych 5 litrowych workach?

**Wyjaśnienie :**

Tak.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT.

**Wyjaśnienie :**

Obowiązujące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Wniosek :**

Prosimy o wydzielenie z w/w postępowania przetargowego pozycji 3: płyny dializacyjne 4000L i utworzenie z niej oddzielnego pakietu.

**Wyjaśnienie :**

Obowiązujący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.