



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 21 czerwca 2007 r.

AZP.3320/57/ /07

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań i testów dla Centralnej Sterylizatorni. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienie:

**Pytanie 1 – dotyczy zadania 1 pozycje 1- 10:**

Czy Zamawiający dopuszcza rękawy papierowo – foliowe, które posiadają informację o numerze serii i kierunku otwierania umieszczone wzdłuż linii zgrzewu fabrycznego od strony papieru ?

**Wyjaśnienie:**

Nie – takie umieszczenie wskaźnika wymaga otwarcia pakietu w celu oceny testu.

**Pytanie 2 – dotyczy zadania 1 pozycje 1- 10:**

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych były umieszczone napisy w języku polskim zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych dotyczącej oznakowania wyrobu medycznego ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie 3 – dotyczy zadania 1 pozycje 1- 10:**

Czy zgodnie z normą PN-EN 868 część 4.6.1.1. na rękawach papierowo – foliowych powinna znajdować się czytelna informacja – „nie używać, jeżeli pakiet uszkodzony” ?

**Wyjaśnienie:**

Tak – w co najmniej jednym języku europejskim.

**Pytanie 4 – dotyczy zadania 1 pozycja 3:**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 210 mm x 200 mb.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 210 mm x 200 mb. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 5 – dotyczy zadania 1 pozycja 7:**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 75 mm x 30 mm x 100mb.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 75 mm x 30 mm x 100 mb. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 6 – dotyczy zadania 1 pozycja 8:**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 400 mm x 80 mm x 100mb.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 400 mm x 80 mm x 100 mb. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 7 – dotyczy zadania 1:**

Prosimy o dopuszczenie rękawów papierowo - foliowych o parametrach wytrzymałościowych zgodnych z normą PN EN 868 -3 i PN EN 868 -5.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 8 – dotyczy zadania 1 pozycje 1- 10:**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę papieru 60 g – poz. 1 – 10.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 9 – dotyczy zadania 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby folia rękawów była zgrzewalna w temperaturze 160° - 200° C ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 10 - dotyczy zadania 1:**

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności konstrukcji folii z normą EN 868 – 5 wydane tylko przez producenta ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 11 – dotyczy zadania 2:**

Czy można zaoferować w pakiecie papier koloru niebieskiego zamiast zielonego ?

**Wyjaśnienie:**

Ze względu na system oznakowań pakietów w szpitalu zamawiający pozostaje przy opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

**Pytanie 12 – dotyczy zadania 2:**

Czy Zamawiający zgadza się na papier o wytrzymałości:

- na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m ?
- na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,33 kN/m ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 13 – dotyczy zadania 3:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taśm w pozycji 5, 6 i 9 o długości 50 m z odpowiednim przeliczeniem.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 14 – dotyczy zadania 2:**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie papieru sterylizacyjnego (krepowego) zgodnego z normą PN EN 868-2, którego niektóre parametry nieznacznie różnią się od opisanych w SIWZ. I tak:

- zawartość siarczanów: oferowane 0,01-0,1%, wg SIWZ <0,02,

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania: oferowana 0,6 kN/m, wg SIWZ > 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym: oferowana 0,5 kN/m, wg SIWZ > 0,6 kN/m.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 15 – dotyczy zadania 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego do sterylizacji o parametrach zgodnych z obowiązującą normą 868-2 dot. zawartości chlorków i siarczanów oraz wytrzymałości na rozciąganie na sucho i na mokro w kierunku wytwarzania i w kierunku poprzecznym ?

Zgodnie z normą PN EN 868-2 wymagania odnośnie tych parametrów są następujące:

Pkt. 4.4.1.6. – zawartość chlorków w materiale opakowaniowym w przeliczeniu na chlorek sodu nie powinna przekraczać 0,05 %,

Pkt. 4.4.1.7. – zawartość siarczanów w materiale opakowaniowym w przeliczeniu na siarczan sodu nie powinna przekraczać 0,25 %,

Pkt. 4.4.2.2.6 – wytrzymałość na rozciąganie nie powinna być mniejsza niż 1,33 kN/m w kierunku wytwarzania i nie mniejsza niż 0,67 kN/m w kierunku poprzecznym,

Pkt. 4.4.2.2.7 – wytrzymałość na rozciąganie na mokro nie powinna być mniejsza niż 0,33 kN/m w kierunku wytwarzania i nie mniejsza niż 0,27 kN/m w kierunku poprzecznym.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 16 - dotyczy wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 6 ust. 1 umowy i nadanie następującej treści: „W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Kupujący może domagać się od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy” ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążąca jest treść wzoru umowy zawarta w SIWZ.

**Pytanie 17 – dotyczy zadania 1:**

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o gramaturze 60 g/cm<sup>2</sup> o pięciowarstwowej folii łącznie z klejem o parametrach technicznych nieznacznie różniących się od wymienionych w SIWZ ale spełniających wymogi normy 868-3 i 868-5 zgrzewalnych w temperaturze 150 – 200 ° C ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 18 – dotyczy zadania 1:**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie rękawa papierowo-foliowego w pozycji 7: 75x25x100 zamiast 75x25x100; w pozycji 8: 400x65x100 zamiast 400x80x100.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 19 – dotyczy zadania 1:**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 9 rękawa w rozmiarze 400 x 65 x 100 lub 300x65x100 zamiast 350 x80x100 a w przypadku braku zgody możliwość zaoferowania rękawa 350 x 80 x 100 innego producenta niż pozostałe rękawy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 20 – dotyczy zadania 1:**

Czy Zamawiający wymaga aby na rękawach wydrukowane były nominalne rozmiary – długość i szerokość ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie 21– dotyczy zadania 1:**

Czy Zamawiający wymaga aby na rękawach wydrukowane były napisy w języku polskim ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

Jednocześnie zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 26 czerwca 2007r. godz. 12.00**. Z powyższych względów ulega zmianie **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **26 czerwca 2007r. godz. 13.00** i **termin wnoszenia wadium, który wyznacza się do dnia 26 czerwca 2007r. godz. 12.00**.

Pozostałe warunki określone w SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.