



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 05 lipca 2007 r.

AZP 3320 /63/

/07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitorów.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitorów. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy kardiomonitorów z prezentacją tabelaryczną i graficzną trendów wszystkich monitorowanych parametrów w okresie 5 godzin ?

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie ulega zmianie.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego kardiomonitory spełniające wszystkie wymagane parametry, a nawet przekraczające odpowiednio: pkt. 3: ekran 10,4 cala, pkt. 4 wyświetlanie do 6 krzywych jednocześnie, pkt. 15: przewód EKG pacjenta 5 – odprowadzeniowy, pkt. 18: trendy tabelaryczne 96 godzin, pkt. 19: trendy graficzne 96 godzin ?

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie ulega zmianie. Parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3, 4, 18, 19 są wymaganymi parametrami minimalnymi. W pkt. 15 jest jednoznaczny zapis, iż wymagany jest „Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy (standard europejski o kolorach czerwony, zielony, żółty).