



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 10 września 2007r.

AZP.3320/72 /

/07

.....
.....
.....
.....

Dotyczy : odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, informuje, iż wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów, elektrod oraz zestawów wprowadzających. Poniżej podajemy ich treść oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 stymulatory nie posiadające algorytmów antyarytmicznych zapobiegających napadom arytmii nadkomorowych?

Wyjaśnienie:

Posiadanie większości algorytmów zapobiegających napadom arytmii przedsionkowych występuje w stymulatorach DDD za wystarczające uznamy dwa z poniższych :

- algorytm wygładzania rytmu np. rate smoothing (rate soothing)
- algorytm overdrive
- post exercise response (na bazie rate response – np. poprzez ustawienie rate drop
- lub inny

Pytanie:

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem algorytmu stabilizacji rytmu komór (pakiet nr 4 i 5)

Wyjaśnienie :

Algorytm wygładzania rytmu np. rate smoothing.