



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 14 sierpnia 2007r.

AZP.3320/74/

/07

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

**Pytanie :**

**Pkt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie echokardiografu, który ma bardzo nowoczesną, lekką konstrukcję i ergonomię z możliwością łatwego transportu, posiada cztery niezależne obrotowe koła z możliwością blokady dwóch kół?

**Wyjaśnienie:**

Tak, zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga blokady min. dwóch kół.

**Pytanie :**

**Pkt. 4**

Zamawiający określa w aparacie średniej klasy ilość kanałów nadawczych i odbiorczych co najmniej 9000. Taka wartość jest spotykana w aparatach wysokiej klasy. Średniej klasy echokardiografy posiadają od 1024 do 2048 kanałów. Czy Zamawiający dopuści aparat echokardiograficzny posiadający 2048 kanałów nadawczo-odbiorczych?

**Wyjaśnienie :**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie :**

**Pkt. 6**

Zamawiający określa rozdzielczość monitora min 1280x1040ale pragniemy zauważyć, że nie ma monitorów o takiej rozdzielczości. Są to monitory 1280 x 1024. Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający monitor o rozdzielczości 1280x1024?

**Wyjaśnienie :**

Tak, Zamawiający wymaga aby echokardiograf posiadał monitor o rozdzielczości min. 1024x768.

**Pytanie :**

**Pkt. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu posiadającego bramkę dopplerowską od 0,1 do aż 2,4cm?

**Wyjaśnienie :**

Tak, zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga aby wielkość bramki dopplerowskiej wynosiła od min. 0,5 do 20mm.

**Pytanie :****Pkt. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu posiadającego zakres pomiaru prędkości dla CW 12,03 m/sek.

**Wyjaśnienie :**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie :****Pkt. 6 - stacja robocza**

Czy poprzez niezależną stację komputerową Zamawiający rozumie komputer z takim samym jak w oferowanym echokardiografie zainstalowanym oprogramowaniem do obróbki archiwum, tworzenia raportów itp.?

**Wyjaśnienie :**

Nie jest to warunek wymagany. Niezależna stacja komputerowa musi spełniać wymagania określone w SIWZ w pkt. 6 (system archiwizacji).

**Pytanie:****Pkt. 6 – stacja robocza**

Zamawiający oczekuje stacji komputerowej z możliwością podłączenia do istniejącej w szpitalu sieci informatycznej. Z uwagi na to, że w szpitalach są różne typy sieci, Windows XP ma kilka odmian i aby spełnić oczekiwania Zamawiającego prosimy o podanie więcej szczegółów dotyczących sieci informatycznej w szpitalu min:

1. Jaka jest sieć w szpitalu?
2. Jakie protokoły muszą być zaimplementowane?
3. Czy istnieje konieczność logowania się do domeny?

**Wyjaśnienie :**

1. SIS GEM
2. HL7, TCP/IP
3. NIE

Zamawiający wymaga ponadto systemu Windows XP Professional.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie aparatu zastępczego w okresie oczekiwania na dostawę aparatu właściwego, gdyby termin dostawy przesunął się na przykład o kilka dni?

**Wyjaśnienie :**

Tak. Jednocześnie podkreślamy, iż termin realizacji dostawy jest wiążący dla stron, jak również zapisy §6 wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie :**

**Pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy echokardiograf posiadający już w standardzie tak ważne narzędzia diagnostyczne jak Doppler Tkankowy Kolorowy, Doppler Tkankowy Spektralny, Doppler Tkankowy w trybie M-mode i w trybie Angio oraz wymienione M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, moduł Stress Echo z raportem, moduł archiwizacji w standardzie DICOM, który posiada 4096 fizycznych cyfrowych kanałów przetwarzania tj. nadawczych i odbiorczych?

**Wyjaśnienie :**

SIWZ bez zmian.

**Pytanie :**

**Pkt. 6**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy echokardiograf posiadający doskonały monitor o przekątnej 15", ale maksymalnej rozdzielczości 1024x768 pikseli, typowej dla monitorów o takiej przekątnej?

**Wyjaśnienie :**

Tak, Zamawiający wymaga aby echokardiograf posiadał monitor o rozdzielczości min. 1024x768.

**Pytanie :**

**„Tryby pracy aparatu” – pkt. 3**

Przedmiotem oferty jest aparat przeznaczony do specjalistycznych badań kardiologicznych – czy Zamawiający nie uważa, że aparat powinien być wyposażony w tryb obrazowania M-mode anatomiczny działający zarówno w czasie rzeczywistym i z pamięci Cine-loop, przynajmniej z 2 lub nawet 3 kursorów? Wnosimy o sprecyzowanie tego parametru tzn. czy ta funkcja ma działać tylko w czasie rzeczywistym, czy też z pamięci Cine? Prosimy także o sprecyzowanie z uli linii jednocześnie ma działać ta funkcja : z 2 czy też z 3?

**Wyjaśnienie :**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie :**

**„Tryby pracy aparatu” pkt. 9**

Przedmiotem oferty jest aparat przeznaczony do specjalistycznych badań kardiologicznych – czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny aparat powinien być wyposażony w funkcje Kolorowego Dopplera Tkankowego (TDI)? Czy Zamawiający będzie wymagał funkcji Kolorowego Dopplera Tkankowego (TDI)?

**Wyjaśnienie :**

Zamawiający nie specyfikował tego parametru, nie jest to funkcja wymagana, ale jest to funkcja mile widziana.

Jednocześnie Zamawiający na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert upływa dnia **21 sierpnia 2007r. godz. 12<sup>00</sup>**.
- termin otwarcia ofert - **21 sierpnia 2007r. godz. 13<sup>00</sup>**.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.