



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 06 września 2007 r.

AZP 3320/75/ /07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z monitorem o przekątnej 15" z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne?

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.

2. Czy Zamawiający wymaga ultrasonografu z ośmiokrotnym składaniem wiązki (echa) ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga ultrasonografu odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Czy Zamawiający rozważyłby możliwość zaoferowania ultrasonografu z bramką w zakresie 1 – 20 +/- 5 mm dla trybu PWD z możliwością pracy jednoczesnej dwóch niezależnych bramek dających możliwość uzyskania maksymalnej wielkości 30 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga ultrasonografu odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Czy Zamawiający wymaga aby zamawiany ultrasonograf posiadał obrazowanie wielowiązkowe tzw. Coupond ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga ultrasonografu odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Czy Zamawiający rozważyłby możliwość zaoferowania ultrasonografu z głowicą liniową o częstotliwości maksymalnej 14MHz i częstotliwości dolnej 6 MHz ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga ultrasonografu odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.