



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 16 sierpnia 2007 r.

AZP 3320 /77/

/07

-----  
-----  
-----  
-----

--

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgąbkowych do operacji zaćmy dla Oddziału Okulistycznego. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa/ upoważnienia do reprezentowania wykonawcy bez opłaty skarbowej, gdyż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Szpital nie należy do spraw z zakresu administracji publicznej ?

**Wyjaśnienie:**

Kwestia pełnomocnictwa jest wyjaśniona na str. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informujemy jednak, że zgodnie z opinią UZP należy przyjąć, iż złożenie dokumentu pełnomocnictwa (do reprezentowania i/lub zawarcia umowy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie podlega opłacie skarbowej.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną – przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert ? Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu jako dokument sporządzony na podstawie art. Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002 r. poz. 665 z późniejszymi zmianami) nie wymaga podpisu ani stempla bankowego.

**Wyjaśnienie:**

Wymagania dotyczące wadium są określone na str. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i. są one zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Dowód wniesienia wadium jest uzależniony od formy wniesienia wadium.

3. Czy w Zadaniu nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści soczewki przedniokomorowe z częścią haptyczną 12,75 mm ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zafakturowanie soczewek dostarczonych do Zamawiającego w ramach „Banku soczewek” z terminem płatności wydłużonym do końca trwania umowy ?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający wymaga by soczewki zwijalne posiadały kąt angulacji 0° ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

6. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 „Soczewki zwijalne” soczewki o zakresie mocy optycznej = + 8,5 do + 35.0 D dostępne co + 0.5 D w zakresie mocy od + 10.0 D do +30.0D ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu ?

**Wyjaśnienie:**

Wymagania dotyczące wadium są określone na str. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i. są one zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Dowód wniesienia wadium jest uzależniony od formy wniesienia wadium.

8. Uprzejmie prosimy od odstąpienie od wymogu określonego w rozdziale II, punkt 1 podpunkt b SIWZ „Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają zobowiązania na poziomie nie wyższym od wartości majątku (aktywów)”. Powyższy wymóg ogranicza dostęp oferentom do postępowania przetargowego. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ani ustawa - Prawo zamówień publicznych ani inne przepisy nie zobowiązują oferentów do spełnienia takiego warunku udziału w postępowaniu.

**Wyjaśnienie:**

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 38 ust. 5 zakazuje dokonywania modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto wyjaśniamy, że art. 22 ust. 1 określa warunki jakie musi spełnić każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne. Przepisy art. 22 ust.1 pkt. 2 i 3 można nazwać blankietowymi, gdyż właściwą treścią wypełnia je zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kontekście konkretnego zamówienia. To Zamawiający konkretyzuje, opisuje te warunki w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu oferty na soczewki o dł. Całkowitej 11,00 mm ?

**Wyjaśnienie:** Nie

10. Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu złożenie oferty na soczewki o zakresie mocy od +10 do +30 co 0,5D, a w zakresie: od 8,0 do 10,0 i od 30 do 35D co 1,0D ?

**Wyjaśnienie:** Nie

11. Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu złożenie oferty na soczewki zwijalne bez żółtego filtra ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

12. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia „Banku soczewek wewnątrzgałkowych”

**Wyjaśnienie:** Nie.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do projektu umowy zapisu umożliwiającego zmianę stawki VAT, w chwili zmiany obowiązujących przepisów w tym zakresie ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania soczewek przedniokomorowych dostępnych w przedziale dioptrii od +5 do +30 ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

15. Czy Zamawiający w zadaniu 2 dopuszcza możliwość zaoferowania soczewek dostępnych w przedziale dioptrii od +6.0 do +34.0 ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

17. Czy Zamawiający w zadaniu 2, pisząc: filtr żółty ma na myśli soczewki wyposażone w filtr światła niebieskiego ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

Jednocześnie Zamawiający na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Obowiązujące terminy to.:

Termin składania ofert upływa dnia **22 sierpnia 2007 r. godz. 11,00;**

Termin otwarcia ofert – **22 sierpnia 2007 r. godz. 12,00**

Termin wniesienia wadium upływa przed terminem składania ofert tj. **22 sierpnia 2007 r. godz. 11,00.**

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.