



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 11 września 2007r.

AZP.3320/80/

/07

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów do hemodializ. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Dot. pkt. nr 2

Czy Zamawiający wymaga niezależnego, automatycznego profilowania ultrafiltracji, sodu i wodorowęglanu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie specyfikował tego parametru. Jest to funkcja nie wymagana ale mile widziana.

Pytanie :

Dot. pkt. nr 17

Co Zamawiający miał na myśli w niniejszym punkcie?

Wyjaśnienie :

Wymaganie w tym punkcie powinno brzmieć : „Wykrywanie przecieków krwi w płynie dializacyjnym.”

Pytanie :

Dot. pkt. nr 19

Czy Zamawiający wymaga aby obliczanie klirensu mocznika Kt/V odbywało się metodą bezpośrednią „on line”?

Wyjaśnienie :

Zamawiający wprowadzając zapis o możliwości obliczania Kt/V z każdego zabiegu oczekuje aparatu, który podaje wartość Kt/V z każdego zabiegu.