



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 04 września 2007 r.

AZP 3320/81/ /07

-----  
-----  
-----  
-----

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę protez naczyniowych. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 1 umowy i nadanie następującej treści: „W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Kupujący może domagać się od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy”.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 2 i nadanie następującej treści: „Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne”.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Dotyczy próbek przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 1). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki o długości 20 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie próbki o długości 20 cm.

4. Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczących dokumentów wymaganych w Zadaniu Nr 5 i Zadaniu Nr 6. Rozumiem, iż Zamawiający wymagając dostarczenia dokumentacji umożliwiającej resterylizację protez PTFE, oczekuje potwierdzonego przez producenta dokumentu, w którym jasno określone jest, że producent dopuszcza możliwość ponownej sterylizacji protez naczyniowych PTFE po rozpakowaniu sterylnego opakowania. Rozumiem, iż taki dokument, w przypadku firm reprezentujących zagranicznych producentów protez naczyniowych PTFE musi być dostarczony w oryginale wraz z tłumaczeniem poświadczonym za zgodność przez dystrybutora danej firmy na rynku polskim.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga dokumentu, w którym jednoznacznie jest określone, że producent dopuszcza resterylizację protez PTFE. Może to być instrukcji obsługi lub inny dokument z jednoznacznym zapisem w tej sprawie. SIWZ informuje, że dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

5. Dotyczy zadania 2 i 3. Prosimy o dopuszczenie protez o długości 45 cm.

**Wyjaśnienie:** Dopuszcza się możliwość zaoferowania w zadaniu nr 2 i 3 protez o długości 45 cm.

6. Dotyczy próbek. Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia próbki w zadaniu 6 (ze względu na niewielką ilość przedmiotu zamówienia) lub też wyrażenie zgody na dołączenie jednej próbki protezy (zbrojonej lub niezbrojonej) dla dwóch zadań 5 i 6 – tak jak to może być w przypadku zadań 1-4.

**Wyjaśnienie:** Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na str. 5 informuje, że cyt.: „Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości jednej sztuki w zadaniach 1 – 5”. Z tego zapisu w sposób jednoznaczny wynika, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbki dla zadania 6 (szóstego).

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w § ust. 1: „W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy 80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie” ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w § 3: „W przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę” ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w § 4: „W przypadku powtarzających się opóźnień Zamawiającego w zapłacie należności z tytułu niniejszej umowy Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym” ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie we wzorze umowy § 4 ust. 2 ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w § 5: „bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie” ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w § 7: po: „W razie” dodać „trzykrotnej” ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy w § 10 na: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie” ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, iż wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.