

Zamość, dnia 19 września 2007r.

AZP.3320/89/ /07

.....
.....
.....
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu ochrony radiologicznej. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 podpunkt 4 miał na myśli wyniki pomiaru dawki wyświetlane przez rejestratory w 1 mGy/cm^2 .

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby wyniki pomiaru dawki wyświetlane były w μGym^2 .

Pytanie :

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 podpunkt 5 miał na myśli pomiar dawki od $0,01\text{Gy/cm}^2$.

Wyjaśnienie :

Pomiar dawki od $0,01 \mu\text{Gym}^2$.

Pytanie :

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuszcza zaoferowanie miernika dawki do aparatu Stenoskop instalowanego z naruszeniem obudowy lampy (konieczność nawiercenia dziur do śrub mocujących na powierzchni obudowy lampy) i przymocowanie takiego miernika jako część zewnętrzna?

Wyjaśnienie :

Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża chęć dokonania pełnej diagnostyki aparatów Stenoscope i aparatu OEC 7700 w ramach pełnych przeglądów serwisowych dokonanych przez uprawnionych inżynierów z wystawieniem certyfikatu jakości i bezpieczeństwa GE?

Wyjaśnienie :

Zamawiający wymaga wykonania przeglądu będącego sprawdzeniem poprawności działania.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 3 – „osłony radiologiczne przy stołach rentgenowskich” podpunktu pierwszego – obustronna osłona do stołu do aparatu ADVANTAX LSV+ prod. GE Medical Systems, typ stołu OMEGA III ANGIO – 1 szt. Do osobnego zadania?

Wyjaśnienie :

Nie. Obowiązujący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.