



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 20 września 2007r.

AZP.3320/89/

/07

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu ochrony radiologicznej. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

**Pytanie :**

**Zadanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rejestratora dawki promieniowania wyposażonego w wysokokontrastowy wyświetlacz typu LED umieszczony przy panelu sterowniczym aparatu rtg?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż użytkownik musi mieć możliwość odczytania i spisania wyniku pomiaru.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 4 zamiast fartucha obustronnego z podwójną zakładką z przodu z gumy ołowiowej fartuch ołowiowy typu garsonka – kamizelka i spódnica o tej samej ochronności.

**Wyjaśnienie :**

Nie. Obowiązujący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.