



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 07 września 2007 r.

AZP 3320/90/

/07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do ergospirometrii. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści system umożliwiający pomiar wartości O₂ w zakresie 0-35% przy zachowaniu dokładności pomiaru poniżej 0,1% w całym zakresie mierzonych wartości ?

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.

2. Ad.7. Czy Zamawiający dopuści system umożliwiający pomiar wartości CO₂ w zakresie 0-13% przy zachowaniu dokładności pomiaru poniżej 0,1% w całym zakresie mierzonych wartości ?

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.

3. Ad.7 Czy Zamawiający dopuści system, który zapewnia pomiar minimalnego przepływu od wartości 0,05L/s ? Oferowany system posiada natomiast szerszy zakres i dokładność mierzonego przepływu tj. do 20L/s i dokładność poniżej 2% oraz szerszy zakres pomiaru objętości do 300L.

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.