



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 12 września 2007r.

AZP.3320/91/

/07

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, akcesoriów i narzędzi dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

### **Pytanie :**

#### **Zadanie nr 8**

1. Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie stolika o wymiarach blatu (dł.xszer.) w mm – 740x490?
2. Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie stolika o hydraulicznej regulacji wysokości w zakresie 815/1310?

### **Wyjaśnienie:**

Obowiązujący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

### **Pytanie :**

#### **Zadanie nr 4**

Czy materace przeciwodleżynowe, zmiennościśnieniowe powinny być wykonane z wysokogatunkowego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego ich wieloletnie użytkowanie.

### **Wyjaśnienie :**

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów do SIWZ.

### **Pytanie :**

#### **Zadanie nr 4**

Czy materace zmiennościśnieniowe, przeciwodleżynowe dla pacjentów z wysokim ryzykiem powstania odleżyn i z odleżynami powinny posiadać powierzchniowy czujnik kontroli obciążenia i powierzchni roboczej nie mniejszej niż 300cm<sup>2</sup>, wbudowany w materac znajdujący się pod pacjentem, rozpoznający obciążenie wywierane na materac przez pacjenta i regulujący samoczynnie i bezobsługowo ciśnienie niezależnie od wagi i pozycji pacjenta?

### **Wyjaśnienie :**

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów do SIWZ.

**Pytanie:**

**Zadanie 4**

Czy materac przeciwodleżynowy o wysokości komór 11.5cm spełniający wymóg obciążenia do 180 kg spełni wymogi SIWZ?

**Wyjaśnienie :**

Nie.

**Pytanie:**

Czy pompa materaca przeciwodleżynowa posiadająca automatyczną i ręczną regulację ciśnienia spełni wymogi SIWZ?

**Wyjaśnienie :**

Pompa musi spełniać wymagania zawarte w SIWZ.

**Pytanie :**

Praktyka rynkowa wskazuje na występowanie w obrocie większej ilości podmiotów oferujących wyłącznie mankiety wysokociśnieniowe do podawania płynów pod ciśnieniem. Z tej przyczyny požądane będzie, w celu umożliwienia złożenia ofert przez większą ilość oferentów, wyodrębnienie dostawy mankietów wysokociśnieniowych jako osobnego zadania.

**Wyjaśnienie :**

Obowiązujący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dopuści ofertę w zadaniu nr 1 z okresem gwarancji 12 miesięcy?

**Wyjaśnienie :**

Tak.

**Pytanie :**

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z § 4 ust. 2 umowy również w przypadku gdy Zamawiający złoży w banku dokument „polecenie przelewu” a na rachunku tym nie będzie środków finansowych w odpowiedniej wysokości nastąpi skutek dokonania zapłaty. Jeżeli takie jest rozumienie wskazanego postanowienia umowy przez Zamawiającego to uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umowy na następujący: „Jako datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.”

**Wyjaśnienie :**

Obowiązujące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.