



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 21 września 2007 r.

AZP.3320/95/ /07

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu RTG z ramieniem C. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie 1 - dot. pkt. I.5.**

Czy Zamawiający dopuści pojemność cieplną kołpaka 800 kWh, przy pojemności cieplnej anody wynoszącej 200 kWh ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 2 - dot. pkt. I.7.**

Czy Zamawiający dopuści szybkość chłodzenia kołpaka wynoszącą 4,75 kWh/min. ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie 3 - dot. pkt. I.10.**

Czy Zamawiający w tym punkcie dopuści odpowiedź „NIE” ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążąca jest treść SIWZ.

**Pytanie 4 - dot. pkt. IV.5.**

Czy Zamawiający dopuści prąd skopii ciągłej wynoszący 5 mA, natomiast skopii impulsowej 30 mA ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążąca jest treść SIWZ.

**Pytanie 5 - dot. pkt. V.2.**

Czy Zamawiający dopuści wolną przestrzeń wynoszącą 72,2 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążąca jest treść SIWZ.

**Pytanie 6 - dot. pkt. V.3.**

Czy Zamawiający dopuści odległość SID wynoszącą 92,2 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążąca jest treść SIWZ

**Pytanie 7 - dot. pkt. V.4.**

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu poziomego wynoszący 17,5 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążąca jest treść SIWZ

**Pytanie 8 - dot. pkt. VI.2.**

Czy Zamawiający dopuści układ pomiaru dawki wbudowany w generator aparatu RTG z prezentacją wartości dawki na wyświetlaczu lub na monitorach ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążąca jest treść SIWZ.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści aparat z matrycą akwizycji 1024x512x16 bit ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążąca jest treść SIWZ.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z kamerą CCD 768 x 576 pixeli ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążąca jest treść SIWZ.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość zaoferowania aparatu z lampą RTG jednoogniskową spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążąca jest treść SIWZ.

Jednocześnie zamawiający **przedłuża termin składania ofert**, który wyznacza się na **dzień 27 września 2007r. godz. 12.00** i **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **27 września 2007r. godz. 13.00**. **Termin wniesienia wadium** wyznacza się na dzień **27 września do godz. 12.00**.

Pozostałe warunki określone w SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.