



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 08 października 2007 r.

AZP 3320/97/ /07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu RTG z ramieniem C. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Dotyczy pkt. I opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ. Pkt.I.2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu rtg z ramieniem C wyposażonego w lampę RTG o pojemności cieplnej anody 46kHU i jednocześnie ze znacznie wyższą od wymaganej szybkością chłodzenia 48kHU/min oraz umożliwiającą prowadzenie fluoroskopii na ognisku 0,5 mm (mniejszym od wymaganego) ?

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.

2. Pkt.. III.12 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia aparatu RTG z ramieniem C wyposażonego w zapis obrazów dynamicznych?

Wyjaśnienie:

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.

3.Czy Zamawiający zmieni brzmienie zapisu SIWZ w ten sposób, że przedłuży termin wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ?

Wyjaśnienie:

Termin realizacji zamówienia nie ulega zmianie i jest wiążący dla stron.

4. Prosimy o zmianę zapisu § 9 ust. 9 na: „W przypadku ujawnienia w dostarczonym przedmiocie umowy wad ukrytych, usunięcie których jest niemożliwe, Sprzedający zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego elementu na wolny od wad zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie”?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Dotyczy punktu VI/3; prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania drukarki medycznej na papier termoczuły 210mm wbudowanej w aparat. Wydruk z takiej drukarki stanowi dokument z badania i może stanowić załącznik do wyniku oraz posiada karencję jakości przy odpowiednich warunkach przechowywania (zaciemiony nie narażony na ciągłe

działanie promieni słonecznych) do 5 lat natomiast papier z drukarki laserowej nie może stanowić dokumentu z badania oraz nie ma możliwości podłączenia takiej drukarki bezpośrednio do systemu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6. pkt. 1.3 Czy Zamawiający dopuści pojemność cieplną kołpaka 800 KHU, przy pojemności cieplnej anody wynoszącej 200kHU ?

Wyjaśnienia: Tak.

7. pkt. 1.5 Czy Zamawiający dopuści szybkość chłodzenia kołpaka wynoszącą 4.75 kHU/min. Mniejsza szybkość chłodzenia wynika z dużej pojemności cieplnej anody wynoszącej 200kHU.

Wyjaśnienie: Tak

8. pkt. 1.8 Czy Zamawiający w tym punkcie dopuści odpowiedź „NIE” ?

Wyjaśnienie: Nie. SIWZ nie ulega zmianie.

9. pkt. III.9 Czy Zamawiający w tym punkcie dopuści odpowiedź „NIE” ?

Wyjaśnienie: Nie. SIWZ nie ulega zmianie.

10. pkt. IV.5 Czy Zamawiający dopuści prąd skopii ciągłej wynoszący 5 mA, natomiast skopii impulsowej 30mA ?

Wyjaśnienie: Nie. SIWZ nie ulega zmianie.

11. pkt. V.2 Czy Zamawiający dopuści wolną przestrzeń wynoszącą 72,2 cm ?

Wyjaśnienie: Nie. SIWZ nie ulega zmianie.

12. pkt. V.3 Czy Zamawiający dopuści odległość SID wynoszącą 92,2 cm ?

Wyjaśnienie: Nie. SIWZ nie ulega zmianie.

13.pkt V.4 Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu poziomego wynoszący 17,5 cm ?

Wyjaśnienie: Nie. SIWZ nie ulega zmianie.

14. pkt. VI.2 Czy Zamawiający dopuści układ pomiaru dawki wbudowany w generator aparatu RTG z prezentacją wartości dawki na wyświetlaczu lub na monitorach ?

Wyjaśnienie: Nie. SIWZ nie ulega zmianie.