



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl , NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 10 października 2007 r.

AZP 3320/98/ /07

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu wysokiej klasy i ultrasonografu średniej klasy. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Zadanie nr 1 ultrasonograf wysokiej klasy. Czy w pkt. 25 zamiast jednej głowicy liniowej o szerokości czoła 35 – 45 mm i zakresie 5 – 12 MHz Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie jednocześnie dwóch głowic o następujących parametrach:

- pierwsza głowica linowa o parametrach: 192 kryształy, zakres 3 – 9 MHz, wymiar czoła głowicy 50mm
- druga głowica liniowa o parametrach: 192 kryształy, zakres 6 – 18 MHz, wymiar czoła głowicy 40 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia takiej oferty.

2. Zadanie Nr 1 – ultrasonograf wysokiej klasy – 1 szt. Pkt. 21 – Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat, którego najnowsza wersja programowa wchodzi do produkcji w listopadzie 2007 i będzie posiadała trzy bardzo istotne dla badań naczyniowych funkcje, tzn.: automatyczne dopasowanie (optymalizacja) zapisu dopplerowskiego – nie trzeba będzie dobierać skali dla zapisu co znakomicie ułatwi pracę, Twin View – oglądanie obrazu B i obrazu B z kolorem co pozwoli na jednoczesne oglądanie morfologii naczynia i przepływu przez nie, oraz automatyczny – natychmiastowy obrys spektrum z wyznaczeniem granic pulsu. Te trzy funkcje są bardzo istotne dla szybkiej i komfortowej pracy. Należy nadmienić, że pomiary otrzymywane z automatycznego obrysu w czasie rzeczywistym można traktować tylko jako przybliżenie i nie ma nigdy pewności czy pokazywane wartości są właściwe, są one bowiem uśrednieniem lub ostatnią wartością wynikającą z obrysu, a wartości te zmieniają się w trakcie badania. Czy w związku z tym, że oprogramowanie wchodzi do produkcji na początku listopada, a termin realizacji zamówienia to mniej więcej koniec listopada, zamawiający dopuści taką sytuację, że aparat zostanie zainstalowany jeszcze ze starszą wersją oprogramowania a upgrade zostanie wykonany niezwłocznie gdy tylko się ukaże?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążąca jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3. Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 2 pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, który posiada zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP, TIFF bez zapisu sekwencji filmowych w formacie AVI?

Wyjaśnienie: Nie. Wiążąca jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 2 pkt. 15. Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w liniową głowicę elektroniczną wieloczęstotliwościową do badań narządów powierzchniowych i naczyniowych, zakres częstotliwości: 4.0 – 10.0 MHz, szerokość pola skanowania 38 mm, liczba elementów 192 – bez możliwości pracy w trybie II harmonicznej ? Oferowana głowica liniowa zapewnia diagnostykę na najwyższym poziomie w badaniach narządów powierzchniowych oraz badaniach naczyń i żył, umożliwia precyzyjne uzyskanie spektrum przepływu. Ponadto badania wykonane na aparaturze wyposażonej w/w głowicę zapewniają pełne spektrum badań w tzw. naczyniówce i są zalecane przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, co powoduje, że tak wykonane badania zgodne są z najnowszymi standardami Badań PTU.

Wyjaśnienie: Nie. Wiążąca jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.