



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 06 stycznia 2009r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP.3320/101/ /08

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

#### **Pytanie dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ust. § 6 umowy i nadanie następującego brzmienia: „W przypadku zwłoki w realizacji zamówienia częstkowego Kupujący może domagać się od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia częstkowego lub jego części za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawnionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne” ?

#### **Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **Pytanie dot. zadania 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do kaniul w rozm. 5 cm x 7,2 cm ?

#### **Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

#### **Pytanie dot. zadań 8, 10, 12 - 15:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ww. wyrobów, zarejestrowanych jako wyrób inwazyjny przeznaczony do krótkotrwałego użytku tj. klasy IIa reguła 7 (zgodnie z § 4 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wyrobów...)?

#### **Wyjaśnienie:**

Wymagania zostały określone w SIWZ.

#### **Pytanie dot. zadania 11 poz.2:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych ?

**Wyjaśnienie:**

Wymagania zostały określone w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 1 poz. nr 2, 3, 4:**

Czy Zamawiający dopuści aby przylepce były pakowane po więcej sztuk w opakowaniu?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie stawia wymogu odnośnie ilości przylepców w opakowaniu, natomiast wymaga (i to zostało określone w SIWZ) aby każdy jednostkowy przylepiec był oznakowany – nazwa produktu, rozmiar, termin ważności.

**Pytanie dot. zadania 1 poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści plaster wodoodporny o rozm. 19 mm x 72 mm ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązują rozmiary podane w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozm. 8,5 cm x 11,5 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązują rozmiary podane w SIWZ.

**Pytanie:**

Czy w zadaniu 12 poz. 1 Zamawiający dopuści serwetę bez taśmy, pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienie:**

Obowiązuje opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

Dyrektor  
lek. med. Andrzej Mielcarek