



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 07 lutego 2008r.

AZP.3320/12/ /08

.....
.....
.....
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu endoskopowego. Poniżej podajemy jego treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania nr 24:

Proszę o podanie typu wypływu jakiego wymagacie Państwo w zamawianych sondach, skorygowanie wymiaru średnicy i długości oraz określenie czy sondy mają być wielorazowego użytku czy jednorazowe ?

Wyjaśnienia:

Zamawiający wyjaśnia, że zamawiane sondy są wielorazowego użytku, z wypływem czołowym - **6 sztuk**, z wypływem bocznym – **4 sztuki**. Średnica sond wynosi 2,3 mm, długość sondy 2,2 m.

Jednocześnie zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza modyfikację treści SIWZ. **Modyfikacji ulega opis przedmiotu zamówienia w zadaniach: nr 10 poz. 3, nr 14 poz. 9, nr 15, nr 17 poz. 4, 5.**

Obowiązujący po modyfikacji opis przedmiotu zamówienia w tych zadaniach ma brzmienie:

Zadanie 10 poz. 3: „Długość 240 cm, wielorazowy, średnica balonu 14 mm/48FR dł. 3cm, rekomendowane ciśnienie 60 psi/4 atm. – **5sztuk.**”

Zadanie 14 poz. 9: „Pętla średnia owalna, średnicy 15 mm, ze skalowanym uchwytem – **10 sztuk.**”

Zadanie 15:

„Nóż wielorazowy do Pre-cuttingu:

Długość 195 cm, ostrze w kształcie płaskiej szpatułki, wysuwanej na dł. 4 mm – **4 sztuki.**”

Zadanie 17 poz. 4, poz. 5:

„Klipsy naczyniowe:

1. długości 6 mm o kącie rozwarcia 135 stopni, pakowane sterylnie w pojedyncze kartrige - **80 sztuk.**
2. długości 8 mm o kącie rozwarcia 90 stopni, pakowane sterylnie w pojedyncze kartrige - **80 sztuk.”**

Z powyższych względów ulega zmianie **termin składania ofert i wnoszenia wadium**, który wyznacza się na dzień **18 lutego 2008r. godz. 12.00.** oraz **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **18 lutego 2008r. godz. 13.00.**

Pozostałe warunki określone w SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.

Zastępca Dyrektora ds. leczenia

lek. med. Marek Lipiec