



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 14 lutego 2008r.

AZP.3320/12/ /08

.....
.....
.....
.....
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania i wnioski dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu endoskopowego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie dot. zadania nr 10 poz. 3

„Długość 240 cm, wielorazowy, średnica balonu 146mm/48FR dł. 3 cm, rekomendowane ciśnienie 60 psi/4 atm.” Czy nie nastąpiła oczywista pomyłka pisarska w parametrze średnica balonu ?

Wyjaśnienie:

Istotnie, nastąpiła pomyłka pisarska w parametrze średnica balonu. Zamawiający koryguje dotychczasowy zapis w SIWZ i piśmie z wyjaśnieniami AZP.3320/12/01281/08 z dnia 07 lutego 2008r. Informujemy, że prawidłowy opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 10 poz. 3 ma brzmienie: „**Rozszerzadła balonowe. Długość 240 cm, wielorazowy, średnica balonu 16mm/48FR dł. 3 cm, rekomendowane ciśnienie 60 psi/4 atm.**”

Pytanie dot. zadania nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na szczyпки biopsyjne wielorazowego użytku o dł.1550 mm (do gastroskopu) ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Wniosek:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 6 ust.1a) wzoru umowy dotyczącego kar umownych za nieterminową dostawę. Prosimy o określenie wysokości kar od wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę brzmienia § 6 ust.1a) wzoru umowy.

Wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ. Zamawiający określił treść wzoru umowy działając we własnym interesie i kierując się zasadą swobody umów. Przyjęta w niej wysokość kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy podyktowana jest troską zamawiającego o przestrzeganie terminów umownych i stanowi czynnik dyscyplinujący do ich zachowania.

Pytanie dot. zadania 6 poz. 8 – sondy do litotryptora elektrohydraulicznego, średnica 3F – 8 szt.

Proszę o szczegółowy opis techniczny sondy, celem zaoferowania właściwego narzędzia.

Wyjaśnienie:

Szczegółowy opis techniczny: Sondy do litotryptora elektrohydraulicznego, średnica 3F, długość 3000 mm, możliwość sterylizacji, współpracujące z litotryptorem EL 23. 25. 27.

Pytanie dot. zadania 14 poz. 6 i 7 – pętelki nylonowe zaciskowe średnica 30 mm – 30 sztuk i pętelki nylonowe zaciskowe średnica 20 mm – 10 sztuk.

Prosimy o wydzielenie poz. 6 i 7 do osobnego pakietu np.14a.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania 14 poz. 6 i 7.

Pytanie dot. zadania 18:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezy o średnicy 11,5F zamiast 12F ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie dot. zadania 21:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na szczypce biopsyjne o długości 1800 mm zamiast 1600 mm ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Jednocześnie zamawiający informuje, że **ulega zmianie termin składania ofert i wnoszenia wadium**, który wyznacza się na dzień **20 lutego 2008r. godz. 12.00** oraz **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **20 lutego 2008r. godz. 14.00**.

Pozostałe warunki określone w SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.

Dyrektor
lek. med. Andrzej Mielcarek