

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W ZAMOŚCIU
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel. (0-84) 677 – 33 – 33
fax (0-84) 638 – 66 – 69

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.
Przetargu nieograniczonego

**na dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni
Hemodynamiki Oddziału Kardiologii**
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Formularz „Oferta wykonawcy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla wykonawców.
3. Wzór umowy.

Zamość, dnia 04 lutego 2008 r

O F E R T A W Y K O N A W C Y
na dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki
Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża
Jana Pawła II.

Zadanie

Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II
Ul. Aleje Jana Pawła II 10
22 – 400 Zamość

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem w zadaniuza cenę netto (bez podatku VAT)zł.

słownie.....
..... zł.

plus kwota podatku VAT zł.

słownie.....
.....

Cena z podatkiem VAT zł.

słownie
.....zł

zgodnie z przedstawioną ofertą cenową.

1. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wadium w kwocie zostało wniesione w dniu w formie
4. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać podwykonawcę i część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy ich powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.
5. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy lub odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający zatrzymuje wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami.
6. Oferta składa się z następujących oświadczeń i informacji oraz są dołączone następujące dokumenty:

.....
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Instrukcja dla wykonawców

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii** Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa). Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania. CPV 33.11.17.10-1; 33.11.17.30-7.

Zadanie 1 – Prowadniki angioplastyczne uniwersalne – 1500 szt.

Warunki techniczne wymagane

- średnica 0.014,
- przynajmniej 6 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190 i 250 ±10cm
- hydrofilna powłoka zewnętrzna
- elastyczna końcówka widoczna w skopii
- ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
- wybór sztywności: w zakresie od bardzo miękkich do sztywnych

Warunki techniczne oceniane

- manewrowość 100% 1-3pkt.

Zadanie 2 – Prowadniki angioplastyczne do udrożeń – 1000 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- średnica 0,014,
- przynajmniej 6 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190 i 250 ±10cm
- w tym prowadnik o bardzo wysokiej hydrofilności pokryty polimerem bez oplotu
- odcinek dystalny bardzo wysoka hydrofilność dobra widoczność w skopii
- ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo

Warunki techniczne oceniane

- manewrowość 100% 1-3pkt.

Zadanie 3 – Cewniki prowadzące 5-7F – 1000 szt.

- śr. wewnętrzna min. 5F: min 0.058’’; 6F: min 0,07’’; 7F min.0.08’’(cale)

Typy cewników , średnice 5-7F:

- Judkins lewy
- Judkins prawy
- Amplatz lewy
- Amplatz prawy
- I inne do wyboru, proszę podać jakie

Warunki techniczne wymagane :

- jednorodne zbrojenie na całej długości
- średnica wewn. cewnika 6F nie mniejsza niż 1.8mm
- atraumatyczna końcówka widoczna w skopii
- niezmiennie światło na całej długości

Warunki techniczne oceniane :

- odporne na złamania i zagięcia 20% 1-3pkt.
- duża siła podporowa i dobra pamięć kształtu 20% 1-3pkt.
- manewrowość 60% 1-3pkt.

Zadanie 4 – Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem trójdrożnym – 1200szt.

Warunki techniczne wymagane :

- skala co najmniej do 20 ATM
- rotowana męska końcówka
- możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji

Warunki techniczne oceniane:

- funkcjonalność(niezawodność mechanizmu blokady , łatwość obsługi) 50% 1-3pkt.
- szczelność strzykawki i obrotowej końcówki 50% 1-3pkt.

Zadanie 5 – Y-conector pojedynczy – 2000 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- wykonany z przezroczystego materiału
- rotowana końcówka męska
- obsługa jednoręczna, zastawka bez elementów obrotowych

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość wprowadzenia przewodnika 60% 1-3pkt.
- szczelność zastawki także przy dwóch cewnikach 20% 1-3pkt.
- odporność na wielokrotne wprowadzanie cewników 20% 1-3pkt.

Zadanie 6 - Stenty na balonie do prostych zmian – 400szt.

Warunki techniczne wymagane :

- skrócenie stentu <3%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 10-25mm
- średnica w zakresie co najmniej 3-4,0mm
- ciśnienie nominalne nie większe niż 9mmHg
- możliwość przepiężenia w ramach RBP o co najmniej 10%

Warunki techniczne oceniane:

- siła radialna wyrażona w mmHg 100% 1-5pkt.

Zadanie 7 - Stenty na balonie chromowo kobaltowe - 400 szt.

Warunki techniczne wymagane :

- skrócenie stentu <3%
- równomierne rozprężanie od obu końców do środka stentu, bez efektu dog bone
- ciśnienie nominalne nie większe niż 9 atm
- na balonie wysokociśnieniowym co najmniej 16 atm. RBP
- dobra widoczność w skopii

- długość w zakresie 9-30mm
- średnica w zakresie 2.5-4mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsuniecie stentu

Warunki techniczne oceniane:

- | | | |
|--|-----|---------|
| - siła radialna wyrażona w mm Hg | 20% | 1-5pkt. |
| - Łatwość wprowadzenia do krętych naczyń | 40% | 1-3pkt. |
| - giętkość(konstrukcja gwarantująca giętkość) | 40% | 1-3pkt. |

Zadanie 8 – Stenty do bezpośredniej implantacji – 400 szt.

Warunki techniczne wymagane :

- równomierne rozprężanie od obu końców do środka stentu, bez efektu dog bone
- możliwość przepiężenia stentu o co najmniej 15% w ramach RBP
- ciśnienie nominalne nie większe niż 9 atm
- na balonie wysokociśnieniowym (RBP co najmniej 16 ATM)
- skrócenie stentu < 3%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 10-30mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsuniecie stentu
- średnica co najmniej 2.5-5,0 mm z możliwością dopiężenia do 6 mm cewnikiem do dopiężeń

Warunki techniczne oceniane:

- | | | |
|--|-----|---------|
| - siła radialna wyrażona w mm Hg | 60% | 1-5pkt. |
| - Łatwość wprowadzenia (pushability) | 20% | 1-3pkt. |
| - giętkość(konstrukcja gwarantująca giętkość) | 20% | 1-3pkt. |

Zadanie 9 – Stenty do zmian w krętych naczyniach – 200 szt.

Warunki techniczne wymagane :

- równomierne rozprężanie od obu końców do środka stentu, bez efektu dog bone
- ciśnienie nominalne nie większe niż 9 atm
- na balonie wysokociśnieniowym (RBP co najmniej 14 ATM)
- skrócenie stentu < 3%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie 9-30mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsuniecie stentu
- średnica co najmniej 3-4,0mm

Warunki techniczne oceniane:

- | | | |
|--|-----|---------|
| - profil(wyrażony w mm) | 20% | 1-5pkt. |
| - giętkość (konstrukcja stentu gwarantująca giętkość) | 80% | 1-3pkt. |

Zadanie 10 – Stenty do rozgałęzień – 50szt.

Warunki techniczne wymagane :

- równomierne rozprężanie od obu końców do środka stentu, bez efektu dog bone
- na dwóch balonach, co najmniej dwa rozmiary
- skrócenie stentu < 3%

- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie 9-30mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsuniecie stentu
- konstrukcja stentu (np. monokomórkowa z dużymi celami) umożliwiająca implantacje do rozgałęzień

- średnica co najmniej 3-5,0mm

Warunki techniczne oceniane:

- | | | | |
|---|-----------------|-----|---------|
| - siła radialna | wyrażona w mmHg | 40% | 1-5pkt. |
| - giętkość | | 20% | 1-3pkt. |
| - powierzchnia pojedynczej celi w mm ² | | 40% | 1-5pkt. |

Zadanie 11 – Stentgrafty – 5 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- średnice w zakresie co najmniej 3,5 – 4,5

Warunki techniczne oceniane:

- | | | |
|--|------|---------|
| - dodatkowo średnice powyżej 4, 5 mm i poniżej 3.5mm | 100% | 1-5pkt. |
|--|------|---------|

Zadanie 12 – Stenty uwalniające leki do zmian prostych – 50 szt.

Warunki techniczne wymagane :

- rejestracja jako "drug eluting stent" (stent uwalniający lek)
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant
- skrócenie stentu < 3%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 9-30mm
- średnica w zakresie co najmniej 2.5-4,0mm

Warunki techniczne oceniane:

- | | | |
|---------------------------------|-----|---------|
| - siła radialna wyrażona w mmHg | 50% | 1-5pkt. |
| - giętkość | 50% | 1-3pkt. |

Zadanie 13 – Stenty uwalniające leki do zmian trudnych – 50 szt.

Warunki techniczne wymagane :

- rejestracja jako "drug eluting stent" (stent uwalniający lek)
- udokumentowany badaniami klinicznymi niski procent restenozy: co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnosięciowym czasopiśmie medycznym dokumentująca czteroletnią obserwację w badaniach randomizowanych – złożyć wraz z ofertą
- Publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy- co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnosięciowym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane) – złożyć wraz z ofertą
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant, RBP co najmniej 16 atm
- skrócenie stentu < 3%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 9-30mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsuniecie stentu
- średnica w zakresie co najmniej 2.5-4,0mm

Warunki techniczne oceniane:

- | | | |
|---------------------------------|-----|---------|
| - siła radialna wyrażona w mmHg | 50% | 1-5pkt. |
|---------------------------------|-----|---------|

- giętkość 50% 1-3pkt.

Zadanie 14 – Cewniki balonowe do PTCA do prostych zmian (semicompliant) - 500 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość balonu w zakresie co najmniej 15 – 25 mm
- średnica w zakresie 2,5 – 4,0 mm

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość 50% 1-3pkt.
- hydrofilność 50% 1-3pkt.

Zadanie 15 – Cewniki balonowe do trudnych i krętych zmian – 500 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość balonu w zakresie 15 – 30 mm
- średnica w zakresie 1.5 – 4,0 mm
- wysokociśnieniowe , RBP >14 atm
- równomierne rozprężanie na całej długości w pełnym zakresie ciśnień
- profil końcówki balonu ułatwiający wprowadzanie

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość 20% 1-3pkt.
- hydrofilność 20% 1-3pkt.
- Łatwość wprowadzenia 60% 1-3pkt.

Zadanie 16 – Cewnik balonowy do udrożeń - 500 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość balonu w zakresie 10 – 20 mm
- średnica w zakresie 1.5 – 3.5 mm
- wysokociśnieniowe , RBP \geq 14 atm
- profil końcówki balonu ułatwiający wprowadzanie

Warunki techniczne oceniane:

- profil (wyrażony w mm) max ocena za najniższy profil 50% 1-5pkt.
- hydrofilność 50% 1-3pkt.

Zadanie 17 – Balony tnące – 25 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość balonu w zakresie 10 – 20 mm
- średnica w zakresie 2.75 – 4 mm

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość 100% 1-3pkt.

Zadanie 18 – Pakiet do PTCA w ostrych zespołach- duże naczynia:

Cewnik prowadzący - 500 szt.

Warunki techniczne wymagane :

- jednorodne zbrojenie na całej długości
- średnica wewn. cewnika 6F nie mniejsza niż 0.07’’ cala
- atraumatyczna końcówka widoczna w skopii
- niezmiennie światło na całej długości

Warunki techniczne oceniane:

- odporność na załamania : 50% 1-3 pkt.
- manewrowość 50% 1-3 pkt.

Prowadnik angioplastyczny – 500 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- średnica 0,014,
- przynajmniej 3 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190±10 i 250±10 cm
- odcinek dystalny bardzo wysoka hydrofilność dobra widoczność w skopii
- ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo

Warunki techniczne oceniane:

- manewrowość 1-3 pkt.

Strzykawka wysokociśnieniowa – 500 szt.

warunki techniczne wymagane :

- skala co najmniej do 20 ATM
- rotowana męska końcówka
- możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji

Warunki techniczne oceniane:

- Funkcjonalność (niezawodność mechanizmu blokady , łatwość obsługi) 50% 1-3pkt.
- szczelność strzykawki i obrotowej końcówki 50% 1-3pkt.

Cewnik balonowy semicompliant – 500 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość balonu w zakresie 15 – 30 mm
- średnica w zakresie 1.5 – 4,0 mm
- wysokociśnieniowe , RBP >14 atm
- równomierne rozprężanie na całej długości w pełnym zakresie ciśnień
- profil końcówki balonu ułatwiający wprowadzanie

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość 50% 1-3 pkt.
- hydrofilność 50% 1-3 pkt.

- Stent w rozmiarach co najmniej 3.0 do 5.0 – 500 szt.

- Warunki techniczne wymagane:

- równomierne rozprężanie od obu końców do środka stentu, bez efektu dog bone
- możliwość przepiężenia stentu o co najmniej 15% w ramach RBP
- ciśnienie nominalne nie większe niż 9 atm
- na balonie wysokociśnieniowym (RBP co najmniej 16 ATM)
- skrócenie stentu < 3%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 10-30mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsuniecie stentu

- średnica co najmniej 2.5-5,0 mm z możliwością doprężenia do 6 mm cewnikiem do doprężeń

Warunki techniczne oceniane:

- siła radialna wyrażona w mmHg 50% 1-5 pkt.
- giętkość 50% 1-3 pkt.

- Cewnik balonowy do doprężeń – 50 szt.

warunki techniczne wymagane:

- długość balonu w zakresie co najmniej 15 – 20 mm
- średnica od 3.0 do 5.0 mm co 0.25mm
- wysokociśnieniowe , RBP \geq 16 atm
- profil końcówki balonu ułatwiający wprowadzanie

Warunki techniczne oceniane:

- hydrofilność 50% 1-3 pkt.
- zakres średnic poniżej 3.0 i powyżej 5.0 50% 1-5 pkt.

Zadanie 19 – Pakiet do PTCA w ostrych zespołach- naczynia drobne i kręte:

Cewnik prowadzący - 500 szt.

Warunki techniczne wymagane :

- jednorodne zbrojenie na całej długości
- średnica wewn. cewnika 6F nie mniejsza niż 0.071’’ (cala)
- atraumatyczna końcówka widoczna w skopii
- niezmiennie światło na całej długości

Warunki techniczne oceniane:

- odporność na załamania : 50% 1-3 pkt.
- manewrowość 50% 1-3 pkt.

Strzykawka wysokociśnieniowa – 500 szt.

warunki techniczne wymagane :

- skala co najmniej do 20 ATM
- rotowana męska końcówka
- możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji

Warunki techniczne oceniane:

- Funkcjonalność (niezawodność mechanizmu blokady , łatwość obsługi) 50% 1-3pkt.
- Szczelność końcówki obrotowej 50% 1-3 pkt.

Cewnik balonowy semicompliant - 500 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- długość balonu w zakresie 15 – 30 mm
 - średnica w zakresie 1.5 – 4,0 mm
 - wysokociśnieniowe , RBP $>$ 14 atm
 - równomierne rozprężanie na całej długości w pełnym zakresie ciśnień
- profil końcówki balonu ułatwiający wprowadzanie

Warunki techniczne oceniane:

- giętkość 50% 1-3 pkt.
- hydrofilność 50% 1-3 pkt.

Stent w rozmiarach co najmniej 2.25 do 4.0 – 500 szt.

- Warunki techniczne wymagane:

- równomierne rozprężanie od obu końców do środka stentu, bez efektu dog bone
- możliwość przeprężenia stentu o co najmniej 15% w ramach RBP
- ciśnienie nominalne nie większe niż 9 atm
- na balonie wysokociśnieniowym (RBP co najmniej 16 ATM)
- skrócenie stentu < 3%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 10-30mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsuniecie stentu
- średnica co najmniej 2.5-5,0 mm z możliwością doprężenia do 6 mm cewnikiem do doprężeń

Warunki techniczne oceniane:

- siła radialna wyrażona w mmHg 50% 1-5 pkt.
- giętkość 50% 1-3 pkt.

- Cewnik balonowy do doprężeń – 50 szt.

warunki techniczne wymagane:

- długość balonu w zakresie co najmniej 10 – 20 mm
- średnica w zakresie 2.0 – 5.0 mm co 0.25mm
- wysokociśnieniowe , RBP \geq 18 atm
- profil końcówki balonu ułatwiający wprowadzanie

Warunki techniczne oceniane:

- hydrofilność 50% 1-3 pkt.
- zakres średnic co 0.25mm ponad 5.0mm i poniżej 2.0 50% 1-5 pkt.

Zadanie 20 – Balon do kontrapulsacji 7.5-8F – 30 szt.

- pasujący do pompy ARROW i DATASCOPE
- średnica co najmniej 7.5- 8 F

Warunki techniczne oceniane:

- wybór rozmiarów (podać średnice i objętości balonów) 100% 1-5pkt.

Zadanie 21 – Ocludery do zamykania ubytków w przegrodach serca - 25 szt.

Warunki techniczne wymagane:

Możliwość usunięcia uwolnionego ocludera

Możliwość stosowania do ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej – różne rozmiary

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość wprowadzenia 100% 1-3pkt

W tym zadaniu zamawiający nie wymaga utworzenia banku sprzętu

Zadanie 22 – Ocludery do zamykania ubytków w wadach wrodzonych serca – 25 szt.

Warunki techniczne wymagane:

Możliwość stosowania do ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej i przetrwałym przewodzie tętniczym o lekkiej konstrukcji (nie wykonane w całości z metalu)

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość wprowadzenia 100% 1-3pkt
- W tym zadaniu zamawiający nie wymaga utworzenia banku sprzętu

Zadanie 23 – Balony do „wymiarowania” ubytków w przegrodach serca - 50 szt.

Warunki techniczne wymagane:

Balon niskociśnieniowy, co najmniej dwa rozmiary min 30-40mm średnicy, długość 3cm

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość wprowadzenia 100% 1-3pkt
- W tym zadaniu zamawiający nie wymaga utworzenia banku sprzętu

Zadanie 24 – Zastawy do wprowadzania ocluderów przez przegrody i ubytki – 50 szt.

Warunki techniczne wymagane:

Koszulka atraumatyczna z dilatatorem i zastawką , do wprowadzenia przez żyłę i tętnicę udową u dorosłych

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość wprowadzenia 50% 1-3pkt
- odporność na załamanie 50% 1-3pkt

W tym zadaniu zamawiający nie wymaga utworzenia banku sprzętu

Zadanie 25– Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wklucia 6 – 8 F – 30 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- zakres średnic wyrażony we frencz 6-8 F

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu) 100% 1-3pkt

Zadanie 26– Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wklucia 6 F – 50 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- bez żadnego elementu (kotwica, nitka itp.)w świetle naczynia

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu) 100% 1-3pkt

Zadanie 27– Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wklucia 5 – 6 F – 50 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- zakres średnic wyrażony we Frencz 5-6F

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu) 100% 1-3pkt

Zadanie 28– Cewnik do trombectomii wieńcowej – 20 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- średnica zewnętrzna 6F

Warunki techniczne oceniane:

- średnica wewnętrzna powyżej 0.040''(cala) 50% 1-5pkt
- odporność na zagięcie/ załamanie 50% 1-3pkt

Zadanie 29– Protekcja dystalna do By-passu – 10 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- zakres średnic co najmniej 3,5 – 5,0mm

Warunki techniczne oceniane:

- Łatwość wprowadzenia i usunięcia z naczynia wraz z uchwyconym materiałem zatorowym 50% 1-3pkt
- shaft co najwyżej 0.066''(cala) 50% 1-5 pkt

Zadanie 30-Zestawy do usuwania ciał obcych pętlowe–(np.:koszyczki urologiczne) – 10 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- kompletny jałowy zestaw gotowy do użycia
- długość zestawu co najmniej 115 cm
- średnica zestawu < 2.8 F
- „tip length” 2 cm

Warunki techniczne oceniane:

- dobra manewrowość (możliwość zagięcia, lub rotacji umożliwiająca uchwycenie ciała obcego w świetle naczynia) 100% 1-3pkt.

Zadanie 31-Zestawy do usuwania ciał obcych –chwytaki (np.:urologiczne) – 5 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- kompletny jałowy zestaw gotowy do użycia
- długość zestawu co najmniej 115 cm
- średnica zestawu < 2.8 F

Warunki techniczne oceniane:

- dobra manewrowość (możliwość zagięcia, lub rotacji umożliwiająca uchwycenie ciała obcego w świetle naczynia) 100% 1-3pkt.

Zadanie 32-Zestawy do usuwania ciał obcych –szczypce – 5 szt.

Warunki techniczne wymagane:

- kompletny jałowy zestaw gotowy do użycia
- długość zestawu co najmniej 115 cm
- średnica zestawu < 3 F

Warunki techniczne oceniane:

- dobra manewrowość (możliwość zagięcia, lub rotacji umożliwiająca uchwycenie ciała obcego w świetle naczynia) 100% 1-3pkt.

Zadanie 33 – Cewnik balonowy do Valvuloplastyki pnia płucnego z zestawem wprowadzającym – 3 szt.

Warunki techniczne wymagane:

Średnica zestawu nie większa niż 14 F

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość wprowadzenia (giętkość , odporność na załamanie) 100% 1-3pkt

W tym zadaniu zamawiający nie wymaga utworzenia banku sprzętu

Zadanie 34 – Cewnik balonowy do Valvuloplastyki zastawki mitralnej z zestawem wprowadzającym do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej – 5 szt.

Warunki techniczne wymagane:

Średnica zestawu nie większa niż 14F

Warunki techniczne oceniane:

- łatwość wprowadzenia (giętkość , odporność na załamanie) 100% 1-3pkt

W tym zadaniu zamawiający nie wymaga utworzenia banku sprzętu

Zamawiający żąda wskazania podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie zawierała wszystkich wymienionych pozycji w danym zadaniu, lub nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu terapeutycznego” będącego przedmiotem zamówienia w ilości 20% każdego wymienionego wyżej asortymentu w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością oferenta do chwili wykorzystania go przez Zamawiającego, o czym wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.

Zamawiający nie wymaga utworzenia banku w następujących zadaniach : 21, 22, 23, 24, 33, 34.

Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych poniżej :

Zadanie 1 – Prowadniki angioplastyczne uniwersalne średnia sztywność, długość 190±10cm – 2 szt.

Zadanie 2 – Prowadniki angioplastyczne do udrożeń długość 190±10cm - 2 szt.

Zadania 3 – Cewniki prowadzące

- JR4 6F – 1 szt.

- JL4 6F – 1 szt.

Zadanie 4 – Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem – 2 szt.

Zadanie 5 – Y-conector pojedynczy – 2 szt.

Zadanie 6 - Stenty na balonie do prostych zmian – 2 szt. 3-4.0 / 15-18mm

Zadanie 7 - Stenty na balonie chromowo kobaltowe - 1 szt. 2.5/14-18mm

Zadanie 8 – Stenty do bezpośredniej implantacji stentu – 1 szt. 5.0 / -ok.16mm

Zadanie 9 – Stenty do zmian w krętych naczyniach – 1 szt. 3.0-4.0 / 12-20mm

Zadanie 10 – Stenty do rozgałęzień – 1 szt.

Zadanie 11 – Stentgrafty – 0 szt. – próbki nie wymagane

Zadanie 12 i 13 – Stenty uwalniające leki – 0 szt. – próbki nie wymagane

Zadanie 14 – Cewniki balonowe do PTCA do prostych zmian semocompliant – 2 szt. 2.5 – 4.0 /15 – 20mm

Zadanie 15 –Cewniki balonowe do trudnych i krętych zmian – 1 szt. 3/20mm

Zadanie 16– Cewnik balonowy do udrożeń - 2 szt. 2-3.0/15-20mm

Zadanie 17 – Balony tnące – 0 szt. – próbki nie wymagane

Zadanie 18 – pakiet do PTCA w ostrych zespołach- duże naczynia:

Cewnik prowadzący JL4 6F – 1 szt.

Prowadnik do PTCA średni – 1 szt.

Strzykawka wysokociśnieniowa – 1 szt.

Cewnik balonowy semicompliant 1,5-3.0/15-20 – 1 szt.

Stent 5,0/15-25 – 1 szt.

Cewnik balonowy do doprężeń 5.0-6.0/10-15mm – 1 szt.

Zadanie 19 – pakiet do PTCA w ostrych zespołach – naczynia drobne i kręte:

Cewnik prowadzący JR 4 6F – 1 szt.

Strzykawka wysokociśnieniowa – 1 szt.

Cewnik balonowy semicompliant 1.5-3.0/15-20mm – 1 szt.

Stent 2.25/15-16mm – 1 szt.

Cewnik balonowy do odprężeń 2.25/8-15mm – 1 szt.

Zadanie 20 – Balon do kontrapulsacji – 0 szt. - próbki nie wymagane

Zadanie 21 – Ocludery do zamykania ubytków w przegrodach serca - 0 szt. - próbki nie wymagane

Zadanie 22 – Ocludery do zamykania ubytków w wadach wrodzonych serca – 0 szt. - próbki nie wymagane

Zadanie 23 – Balony do „wymiarowania” ubytków w przegrodach serca - 0 szt. - próbki nie wymagane

Zadanie 24 – Zastawy do wprowadzania occluderów przez przegrody i ubytki – 0 szt. - próbki nie wymagane

Zadanie 25– Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wklucia 6 – 8 F – 1 szt.

Zadanie 26– Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wklucia 6 F – 1 szt.

Zadanie 27– Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wklucia 5-6 F – 1 szt.

Zadanie 28– Cewnik do trombektomii wieńcowej – 1 szt.

Zadanie 29– Protekcja dystalna do By-passu – 0 szt. - próbki nie wymagane

Zadanie 30- 32 Zestawy do usuwania ciał obcych – 0 szt. - próbki nie wymagane

Zadanie 33 -34 Cewniki balonowe do walwuloplastyki – 0 szt. - próbki nie wymagane

Określone próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów), do oceny technicznej, jakości.

Ocena techniczna składa się z określenia parametrów wymaganych i parametrów ocenianych. Parametry mogą być mierzalne np. wymiary, ciśnienie itp., lub niemierzalne np.: sprężystość, giętkość itp.

Każdy oceniany parametr posiada swoją istotność wyrażoną w procentach ,

Przy ocenie parametrów mierzalnych najlepszy produkt otrzyma max liczbę punktów, najslabszy 1pkt, a pozostali proporcjonalnie 1-5pkt

Przy ocenie parametrów niemierzalnych ocena będzie trzystopniowa : 3 pkt. - b. dobry, 2 pkt. - dobry i 1 pkt. - dostateczny.

Suma punktów uzyskanych za wszystkie parametry punktowane w danym zadaniu jest ilością punktów wstępnych, o których mowa w opisie kryterium „ocena techniczna jakość o znaczeniu 30%.”

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia **wykazu dostarczonych próbek**. Wykaz powinien zawierać : nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.

Przedmiotowe próbki należy dostarczyć łącznie z ofertą w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia **17 marca 2008r. do godz. 12⁰⁰**.

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc koszty i ryzyko transportu. W razie reklamacji ilościowych bądź jakościowych oferent będzie je uwzględniał na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
 - a) Posiadają zobowiązania na poziomie nie wyższym od wartości majątku (aktywów),
 - b) Brak zastrzeżeń biegłego rewidenta, co do możliwości kontynuowania działalności w przyszłości - jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta
 - c) Posiadają majątek obrotowy na poziomie nie niższym od wartości dostaw przypadających na jeden miesiąc tj. 500 tysięcy złotych w okresie realizacji zamówienia, bądź mają możliwość uzyskania środków finansowych na uzupełnienie tego poziomu.
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - a) muszą wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizację 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia - wartość dostaw musi być co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków będą oświadczenia, dokumenty złożone w ofercie.

Nie spełnienie choćby jednego z podanych warunków podmiotowych spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania stosownie do art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami, w związku z art. 44.
 1. Dowód wniesienia wadium.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 1.

1. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2006 rok (ostatni rok obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty, zobowiązania i należności za 2006r.
2. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, **wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 2.

1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia - wartość dostaw musi być co najmniej na poziomie odpowiadającym wartości oferowanego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wykaz musi zawierać informacje na temat wartości dostaw, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. **Zamawiający wymaga przedstawienia realizacji 3 dostaw.** Wszystkie wymienione w przedmiotowym wykazie dostawy muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należytych wykonaniu.

Dokumenty wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II. 3.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
1. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (informacja musi dotyczyć wszystkich wymienionych w dokumencie potwierdzającym status prawny wykonawcy członków władz) - **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, **wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnieniem postępowania.

Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 10 i ust. 2 pkt. 1 – 4. O wykluczeniu z postępowania zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykluczonego wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru strona 2 i 3 SIWZ). przedstawiony dla każdego zadania oddzielnie.
 2. Oferta cenowa przygotowana dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 20 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.
 3. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia przygotowana dla każdego zadania oddzielnie z podaniem producenta i kraju pochodzenia oraz jego nazwy handlowej. **Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów technicznych wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz parametrów ocenianych.**
1. Deklaracja wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
 2. Wykaz dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać : numer i nazwę zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.

3. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

I. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie (teczce). Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych, ewidencji działalności gospodarczej), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Kserokopie wymienionych wcześniej dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzenia oferty cenowej):

Rodzaj asortymentu (nazwa), nr katalogowy, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji – bez podatku VAT (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) łączna cena brutto pozycji – z podatkiem VAT (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową brutto), producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT). Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie mogą ulec podwyższeniu.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony - dostawa jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii, Zadanie nr Nie otwierać przed 17 marca 2008r. godz. 13⁰⁰”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy.

Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.

Opakowanie zawierające próbki musi być oznakowane następująco : „PRÓBKII do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Zadanie Nr Nie otwierać przed 17 marca 2008r. godz. 13⁰⁰. Opakowanie powinno zawierać dokładną nazwę Wykonawcy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Termin składania ofert wraz z próbkami upływa dnia 17 marca 2008r. o godz. 12⁰⁰. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca, który nie wyrazi zgody na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w **dniu 17 marca 2008r., o godz. 13⁰⁰, sala nr 210.**

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach informacje te będą niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania przetargowego. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Omyłki rachunkowe będą poprawiane zgodnie ze sposobem podanym w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **61.330,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych)** za całość przedmiotu zamówienia.

Wysokość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:

Zadanie nr 1 -	2.600,00 zł
Zadanie nr 2 -	1.700,00 zł
Zadanie nr 3 -	1.600,00 zł
Zadanie nr 4 -	1.200,00 zł
Zadanie nr 5 -	650,00 zł
Zadanie nr 6 -	3.400,00 zł
Zadanie nr 7 -	3.500,00 zł
Zadanie nr 8 -	3.600,00 zł

Zadanie nr 9 –	1.700,00 zł
Zadanie nr10 –	450,00 zł
Zadanie nr 11-	150,00 zł
Zadanie nr 12 –	1.900,00 zł
Zadanie nr 13 -	1.900,00 zł
Zadanie nr 14 –	2.000,00 zł
Zadanie nr 15 –	2.000,00 zł
Zadanie nr 16 –	2.000,00 zł
Zadanie nr 17 –	410,00 zł
Zadanie nr 18 –	9.900,00 zł
Zadanie nr 19 –	9.500,00 zł
Zadanie nr 20 –	700,00 zł
Zadanie nr 21 –	3.700,00 zł
Zadanie nr 22 –	4.000,00 zł
Zadanie nr 23 –	480,00 zł
Zadanie nr 24 –	300,00 zł
Zadanie nr 25 –	100,00 zł
Zadanie nr 26 –	190,00 zł
Zadanie nr 27 –	200,00 zł
Zadanie nr 28 –	150,00 zł
Zadanie nr 29 –	280,00 zł
Zadanie nr 30 –	130,00 zł
Zadanie nr 31 –	60,00 zł
Zadanie nr 32 –	80,00 zł
Zadanie nr 33 –	300,00 zł
Zadanie nr 34 –	500,00 zł

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku Kredyt Bank S.A. Zamość nr 55 1500 1807 1218 0003 8863 0000.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed **17 marca 2008r. godz. 12⁰⁰**. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje wykluczenie z postępowania.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,
- zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego
- unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania
- którego oferta została odrzucona.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcom, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na swojej stronie internetowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia - jest ona dla nich wiążąca, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Pani Alina Kapuśniak tel. 677 38 91 - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, mgr Anna Kokoć – w sprawach formalno - prawnych tel. 677 32 81, pok. 215 – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faxem. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faxem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny o znaczeniu:

1. Cena - 70 %

2. Ocena techniczna – jakość – 30%

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona w danym zadaniu zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 70 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 70 pkt.

Ocena techniczna - jakość – będzie oceniana na podstawie złożonych charakterystyk techniczno - jakościowych oferowanego jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta w danym zadaniu, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych warunkach technicznych.

Sposób obliczania punktów za kryterium ocena techniczna – jakość – punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie, będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 30 pkt. (1 pkt. = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 30 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.

Zamawiający zawrze umowę, w terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zmiany dokonane w przypadkach innych niż wymienione powyżej są nieważne.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Wykonawca oraz inne osoby, o których mowa w ustawie, mają prawo wnieść protest do zamawiającego, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, związłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia
- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa wcześniej uznaje się za jego oddalenie.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

Wszystkie istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia uzupełnień do treści zawieranej umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wzór umowy – 1 – dotyczy zadań w których wymagane jest utworzenie banku
zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Umowa Nr

zawarta w dniu 2008r w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu przy ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491 zwanym w treści umowy „Kupującym” w imieniu którego działa:

1.
a firmą z siedzibą w, adres :
....., wpisaną do pod numerem
....., NIP zwaną w treści umowy
„Sprzedającym” w imieniu której działa :

1.

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniur. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.

1. Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
2. W ramach dostawy Sprzedający zobowiązuje się do utworzenia w siedzibie Kupującego „Banku jednorazowego sprzętu terapeutycznego” zwanego dalej „Bankiem” w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy tj. do dnia 2008r

§ 2.

1. W ramach „Banku” Sprzedający powierzy nieodpłatnie Kupującemu ponosząc ryzyko transportu, jednorazowy sprzęt terapeutyczny w ilości
2. Kupujący stwierdzi utworzenie Banku i odbiór powierzonego jednorazowego sprzętu terapeutycznego w ramach „Banku” poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Wyżej wymieniony jednorazowy sprzęt terapeutyczny jest własnością Sprzedającego do momentu wykorzystania go przez Kupującego.
4. Powierzony jednorazowy sprzęt terapeutyczny musi być przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą zgodnie z przyjętymi zasadami na koszt Kupującego.

§ 3.

1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wykorzystaniu powierzonego w ramach „Banku” jednorazowego sprzętu terapeutycznego, określając szczegółowo ich ilość i asortyment.
2. Powiadomienie o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą dla Sprzedającego do wystawienia faktury VAT za wykorzystany przez Kupującego sprzęt.

§ 4.

1. Kupujący będzie określał terminy dostaw mających na celu uzupełnienie Banku w jednorazowy sprzęt terapeutyczny, odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość na 7 dni wcześniej przed terminem dostawy.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu i nieodpłatnego powierzenia sprzętu Kupującemu.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenia jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.
4. Do dostaw mających na celu uzupełnienie Banku w sprzęt mają zastosowanie §2 i §3 niniejszej umowy.
5. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

§ 5.

1. Za jednorazowy sprzęt terapeutyczny będą stosowane ceny jednostkowe brutto takie jak w złożonej ofercie cenowej tj. określone poniżej :

Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości, słownie:

2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 6

1. Kupujący zobowiązuje się do dokonania zapłaty za każdorazowo wykorzystany jednorazowy sprzęt terapeutyczny w ciągu dni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego w nr
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia w banku przez Kupującego dokumentu „polecenie przelewu”

§ 7.

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

§ 8.

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną :
 - a) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku jednorazowego sprzętu terapeutycznego w wysokości 0,2% wartości sprzętu będącego przedmiotem Banku za każdy dzień zwłoki
 - b) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.
 - c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszonego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9.

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w §8 ust. 1.

§ 10.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

§ 12.

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 13.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj.r przez okres 12 (dwunastu) miesięcy tj. do dnia r.

§ 14.

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami.

§ 15.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY:

BR
10
M

Wzór umowy – 2 – dotyczy zadań w których nie jest wymagane utworzenie banku
zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Umowa Nr

zawarta w dniu w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy "Kupującym" w imieniu którego działa:

1

a z siedzibą w zarejestrowaną w, zwaną w treści umowy „Sprzedającym” w imieniu której działają:

1

2

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Z późniejszymi zmianami, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniur. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.

Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii w ilościach i asortymencie określonym poniżej : dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

§ 2.

1. Dostawy będą odbywały się przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia i podpisania umowy, w dni robocze w godzinach 8⁰⁰ – 15⁰⁰. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy na 7 (siedem) dni wcześniej przed terminem dostawy.

2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego, ponosząc ryzyko transportu.

3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.

4. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy.

5. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§ 3.

1. Za dostawę przedmiotu umowy będą stosowane ceny jednostkowe brutto (z podatkiem VAT) takie jak w ofercie cenowej tj.

Łączną cenę netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości zł. słownie zł.

Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości zł. słownie zł.

2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie ceny w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego.

§ 4.

1. Płatności za wykonane części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego w

2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia w banku, przez Kupującego, dokumentu „polecenie przelewu”.

§ 5.

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na nią swych wierzytelności wynikających z umowy.

§ 6.

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy zapłaci on na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7.

W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 6.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane stosownym aneksem.

§ 10.

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 11.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. przez okres 12 miesięcy tj. do dnia

§ 12.

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami.

§ 13.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY :