



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 26 lutego 2008 r.

AZP 3320/14/02088/08

-----  
-----  
-----  
-----

## Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienie:

1. Dotyczy Zadania nr 6. Zwracamy się z prośbą o poprawienie opisu technicznego w punkcie I SIWZ dla ww. zadania: „ciśnienie nominalne nie większe niż 9 mmHg”. Zapis powinien brzmieć „ciśnienie nominalne nie większe niż 9 atm”.

### **Wyjaśnienie:**

W opisie dla zadani 6 – Stenty na balonie do prostych zmian błędnie została określona jednostka dotycząca ciśnienia nominalnego. Wiążąca treść tego parametru to „ciśnienie nominalne nie większe niż 9 atm.”

2. Dotyczy zadania nr 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów kobaltowo – chromowych o zakresie długości 13 – 29 mm ? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

### **Wyjaśnienie:**

Przedmiotem zamówienia w zadaniu 9 są stenty do zmian w krętych naczyniach. Stenty na balonie chromowo – kobaltowe są przedmiotem zadania 7, warunek techniczny wymagany „długość w zakresie 9 – 30 mm” nie ulega zmianie.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Ds. Technicznych  
Mgr Mirosław Brzozowski