



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 06 marca 2008 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP 3320/14/ /08

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

1. Dotyczy zadania nr 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników prowadzących o średnicy wewnętrznej 0,057” dla 5F i 0,078” dla 7F? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 przewodniki angioplastyczne o długości 195 i 300 cm. Reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 2 przewodnik angioplastyczny do udrożeń o: 2 różnych typach oraz długościach 195 i 300 cm, odcinek dystalny pokrytym PTFE. Reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że mogą być zaoferowane przewodniki angioplastyczne do udrożenia o długości 195 i 300 cm. Pozostałe parametry muszą spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3 cewniki prowadzące o średnicy wew. dla 5F równej 0,056", 7F równej 0,078". Reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

5. Czy Zamawiający użył właściwej jednostki miary w zadaniu 6 podczas gdy wskazane zostały mmHg, a w ocenie wykonawcy powinno być ATM?

Wyjaśnienie:

W opisie dla zadania 6 – stenty na balonie do prostych zmian błędnie została określona jednostka dotycząca ciśnienia nominalnego. Wiążąca treść tego parametru to „ciśnienie nominalne nie większe niż 9 atm”- zagadnienie to było już wyjaśnione w dniu 26.02.2008 r. pismem o znaku: AZP 3320/14/02088/08.

6. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 stenty do prostych zmian: o średnicach 2,25-3,5 mm, ciśnieniu nominalnym równym 10 ATM. Reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

7. Czy zamawiający dopuści w Zadaniu 8 stenty do implantacji bezpośredniej o : ciśnieniu nominalnym równym 10 ATM, o średnicach 2,25 -3,5 mm. Reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 9 stenty do zmian w krętych naczyniach: o ciśnieniu nominalnym równym 10 ATM, o średnicach 2,25 – 3,5 mm. Reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 12 stenty uwalniające lek do zmian prostych o średnicach 2,25 – 3,5 mm. Reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 13 stenty uwalniające lek do zmian trudnych o średnicach 2,25 – 3,5 mm. Reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 18 prowadnik angioplastyczny o długościach 195 i 300 mm. Reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

12. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 18 stenty: o ciśnieniu nominalnym równym 10 ATM, o średnicach 2,25 – 3,5 mm. Reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

13. Czy zamawiający dopuści w zadaniu 19 stenty: o ciśnieniu nominalnym równym 10 ATM, o średnicach 2,25 – 3,5 mm. Reszta parametrów bez zmian?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

14. W związku z proponowanym w SIWZ zapisem §6 ust. 2 Wzór umowy nr 1, według którego za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający złoży w banku dokumentu „polecenie przelewu”, który to zapis znajduje się także we Wzorze Umowy nr 2 w §4 ust. 2 Wykonawca prosi o wyjaśnienie Zamawiającego czy zamierza uzupełnić te zapisy o stwierdzenie: „(...) pod warunkiem posiadania na rachunku środków wystarczających dla jego realizacji.

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 i 2 integralnej części SIWZ.

Lek. med. Andrzej Mielcarek

Dyrektor