



Zamość, dnia 07 marca 2008 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP 3320/14/ /08

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty materiałów informacyjnych i katalogów w języku angielskim powszechnie stosowanym w Kardiologii?

Wyjaśnienie:

Wykonawca może dołączyć do oferty materiały, informacje i katalogi w języku angielskim wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.

2. Czy Zamawiający będzie traktował jednostki bar/atm jako wartości równoważne? Różnice pomiędzy obu jednostkami nie mają istotnego znaczenia klinicznego, gdyż 1 atm = 1,0 l bar, a 1 bar = 0,99 atm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił w SIWZ parametry techniczne, ich wartości oraz jednostki w jakich mają być wyrażone i te są wymagane.

3. Dotyczy zadania 6 Czy ciśnienie nominalne stentu do prostych zmian powinno wynosić nie więcej niż 9 bar? Czy zapis w SIWZ nie jest pisarską omyłką?

Wyjaśnienie:

W opisie dla zadania 6 – stenty na balonie do prostych zmian błędnie została określona jednostka dotycząca ciśnienia nominalnego. Wiążąca treść tego parametru to „ciśnienie nominalne nie większe niż 9 atm”- zagadnienie to było już wyjaśnione w dniu 26.02.2008 r. pismem o znaku: AZP 3320/14/02088/08.

4. Dotyczy zadania 9 Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu do zmian w krętych naczyniach o zakresie długości od 10 do 38 mm?

Wyjaśnienie:

Tak.

5. Dotyczy zadania 12 Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu uwalniającego leki o zakresie długości od 10 do 38 mm?

Wyjaśnienie:

Tak.

6. Dotyczy zadania 20 Czy balony do kontrapulsacji o średnicy szafu 7,5 i 8,0 F powinny mieć więcej niż 2 objętości balonu?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis określony w SIWZ.

7. Czy balon do kontrapulsacji o średnicy szafu 8F powinien mieć w zestawie introducer o średnicy wewnętrznej 8 F?

Wyjaśnienie:

W zestawie powinien być introducer pasujący do cewnika balonowego.

8. Dotyczy zadania 28 Czy średnica wewnętrzna cewnika do trombectomii może wynosić 0,039”?

Wyjaśnienie:

Tak.

9. Czy Zamawiający pisząc „średnica zewnętrzna 6F” ma na myśli kompatybilność cewnika do trombecptomii z cewnikiem prowadzącym 6F?

Wyjaśnienie:

Tak.

10. Czy średnica zewnętrzna szafu cewnika powinna być mniejsza niż 4,7 F?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis określony w SIWZ.

11. Dotyczy zadania 30 Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie zestawu do usuwania ciał obcych o średnicy zestawu kompatybilnej z koszulką 4F stosowanych w naczyniach o średnicy od 3 do 20 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis określony w SIWZ.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby startując do kilku zadań z tym samym asortymentem można było dać tylko 1-2 próbki np: w zadaniach 6 i 9 – 2 próbki dla obu pakietów, czy w zadaniach 14, 15, 16 – 2 próbki dla tych trzech pakietów?

Wyjaśnienie:

Wiążące są warunki określone w SIWZ.

13.. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 – Stenty na balonie chromowo kobaltowe – dopuści stenty na balonie wysokociśnieniowe RBP co najmniej 15 atm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis określony w SIWZ.

14. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 – Stenty do zmian w krętych naczyniach – dopuści stenty w zakresie długości 8-25 mm?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis określony w SIWZ.

15. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 – Stenty uwalniające leki do zmian trudnych – dopuści stenty z udokumentowanymi badaniami klinicznymi o niskim procencie restenozy na podstawie obserwacji jednorocznych w badaniach randomizowanych?

Wyjaśnienie:

Wiążące są wymagania określone w SIWZ.

16. Dotyczy zadania nr 7 Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na stenty na balonie chromowo-kobaltowe o długościach w zakresie: 9 – 27 mm, o ciśnieniu nominalnym 10 atm i RBP 14 atm, przy spełnieniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis określony w SIWZ.

17. Dotyczy zadania nr 9 Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na stenty do zmian w krętych naczyniach o długościach w zakresie: 9 – 27 mm, ciśnieniu nominalnym 10 atm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis określony w SIWZ.

18. Zadanie nr 1 Prowadniki angioplastyczne

Zadanie nr 2 Prowadniki angioplastyczne do udrożeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie prowadników angioplastycznych do wyboru w dwóch długościach 190 i 300cm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Tak.

19. Zadanie nr 8 Stenty do bezpośredniej implantacji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w tym zadaniu stentów o RBP =16atm dla średnic 2,0-4,0mm oraz o możliwości doprężenia w ramach RBP powyżej 10% dla stentu o średnicy 3,0mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis określony w SIWZ.

20. Zadanie nr 12 Stenty uwalniające leki do zmian prostych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w tym zadaniu stentów o długościach w zakresie 8-28mm ?

Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Tak.

21. Zadanie nr 6 i 19 Stenty na balonie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stentów na balonie o możliwości doprężenia w ramach RBP powyżej 10% dla stentu o średnicy 3,0mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis określony w SIWZ.

22. Zadanie nr 19 Pakiet do PTCA w ostrych zespołach-naczynia drobne i kręte.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w tym zadaniu cewników prowadzących ze średnicą wewnętrzną: 0,068” dla 6F oraz cewników balonowych wysokociśnieniowych *semicompliant* o RBP=14atm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis określony w SIWZ.

Lek. med. Marek Lipiec

Z-ca Dyrektora