



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,  
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 20 lutego 2008r.

AZP.3320/16/

/08

.....  
.....  
.....  
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę cewników balonowych dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na Cewniki balonowe o RBP = 14 atm i 12 atm dla średnicy balonu 3,5mm i 4,0 mm (pozostałe parametry takie jak wymagane w SIWZ)?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Obowiązujący jest opis przedmiotu określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych o crossing profile wynoszącym 0,58 (dla średnicy 1,50mm) do 0,76mm (dla średnicy 4,0mm) oraz ciśnieniu RBP 14 bar (13,81 atm) dla średnic 1,50 – 2,50 mm; 18 bar (17,76atm) dla średnic 2,75 – 3,00 mm i 17 bar (16,77 atm) dla średnic 3,25 – 4,00 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Obowiązujący jest opis przedmiotu określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT.

**Wyjaśnienie :**

Wiążące są zapisy wzoru umowy, integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie przypominamy, iż okres realizacji przedmiotowego zamówienia wynosi 2 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 1 projektu przyszłej umowy : „W przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.”

**Wyjaśnienie :**

Wiążące są zapisy wzoru umowy, integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kary stanowią czynniki dyscyplinujące i motywujące do przestrzegania terminów umownych. W takiej sytuacji nie można się dopatrywać niezgodności z zasadami określonymi w KC.