



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 04 marca 2008 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP 3320/20/ /08

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do **przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego**. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną – przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert ?

Wyjaśnienie:
Tak.

2. Czy w zadaniu 32 pozycja 1 Zamawiający dopuści szew 10/0 z igłą szpatułką 6,0 mm o średnicy 0,14 mm pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:
Tak.

3. Czy w zadaniu 32 pozycja 2 Zamawiający dopuści szew 7/0 z igłą szpatułką 6,5 mm o średnicy 0,20 mm pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:
Tak.

4. Czy w zadaniu 32 pozycja 3 Zamawiający dopuści szew 6/0 z igłą odwrotnie tnącą 11,0 mm o średnicy 0,33 mm pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:
Tak.

5. Czy w zadaniu 32 pozycja 4 Zamawiający dopuści szew 6/0 o długości 60 cm, z igłą okrągłą 14,00 mm o średnicy 0,38 mm pozostałe parametry bez zmian lub szew 6/0 z igłą odwrotnie tnącą o dł. 11,0 mm o średnicy 0,33 mm pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

6. Czy w zadaniu 32 pozycja 6 Zamawiający dopuści szew 4/0 z okrągłą igłą 13,0 mm o średnicy 0,38 mm pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

7. Czy w zadaniu 32 pozycja 5 Zamawiający dopuści szew 4/0 o długości 50 cm, z igłą odwrotnie tnącą 13,00 mm o średnicy 0,43 mm lub szew o dł. 50 cm z igłą o dł. 13,0 mm typu szpatułka o średnicy 0,43 mm lub szew o dł. 45 cm z igłą okrągłą o dł 13,0 mm i średnicy 0,38 mm pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie:

Tak.

8. Paragraf 4 ust. 2. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: „Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ.

9. Paragraf 6 ust. 1a). Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiały: „w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki”.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest zapis zawarty w SIWZ.

lek. med. Andrzej Mielcarek

Dyrektor

