



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 06 marca 2008 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP 3320/20/ /08

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do **przetargu nieograniczonego na dostawę materiału szewnego**. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 33 poz. 1 igłę o długości 6,4 mm i nitkę o długości 45 cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 33 poz. 2 igłę o długości 8,00 mm?

Wyjaśnienie:

Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 32 poz. 5 igłę o długości 13 mm?

Wyjaśnienie:

Tak.

4. Dot. wzoru umowy – Czy Zamawiający zgodzi się: na zmianę § 6 ust.1 umowy i nadanie następującej treści: „W przypadku zwłoki w realizacji dostawy Kupujący może domagać się od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy”.

Wyjaśnienie:

Wiążący jest zapis § 6 ust. 1 wzoru umowy integralnej części SIWZ.

5. Na zmianę w §6 ust. 2 i nadanie następującej treści: „Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.”

Wyjaśnienie:

Wiążący jest zapis § 6 ust. 2 wzoru umowy integralnej części SIWZ.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pozycji nr 6?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis określony w SIWZ.

7. Jakie siatki przepuklinowe ma na myśli Zamawiający pod pojęciem „siatka płaska ultralekka”?

Wyjaśnienie:

Siatka płaska „ultralekka” - to maksymalna gęstość splotu przy jak najmniejszej masie własnej siatki.

Lek. med. Andrzej Mielcarek

Dyrektor