



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 12 marca 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/26/ /08

.....
.....
.....
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę dializatorów hemofanowych, zestawów drenów do aparatów nerkowych Fresenius i środków do dezynfekcji aparatów nerkowych dla Stacji Dializ. Poniżej podajemy jego treść i wyjaśnienie:

Pytanie 1 dot. zadania 2:

W nawiązaniu do posiadanej SIWZ niniejszym prosimy uprzejmie o wyrażenie zgody na zaoferowanie linii krwi do ap. Fresenius pakowanych osobno /dren tętniczy, dren żylny, worek do płynów oraz igły tętnicze i żylny/.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów drenów do aparatów nerkowych Fresenius pakowanych osobno. Wymagany skład zestawu – jak określono w SIWZ.

Pozostałe warunki określone w SIWZ są wiążące i nie ulegają zmianie.

Dyrektor
lek. med. Andrzej Mielcarek