



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax (0-84) 638-66-69,
www.szpital.zam.pl, NIP 922-22-92-491



Zamość, dnia 17 marca 2008r.

AZP.3320/26/ /08

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę dializatorów hemofanowych, zestawów drenów do aparatów nerkowych Fresenius i środków do dezynfekcji aparatów nerkowych dla Stacji Dializ. Poniżej podajemy jego treść i wyjaśnienia:

Pytanie 1 dot. zadania 2:

Prosimy uprzejmie o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania igieł do hemodializy tętnicznych i żylnych o wymiarach: 15 G, 16G i 17G do wyboru przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający akceptuje taką możliwość.

Pytanie 2 dot. zadania 1:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 (dializatory niskoprzepływowe hemofanowe) wyrazi zgodę na dializator z błoną dwuocianu celulozy spełniający powierzchnie oraz pozostałe warunki siwz ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 3 dot. zadania nr 2:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 (zestawy drenów do aparatów nerkowych Fresenius) dopuści igły do hemodializy żyłne i tętnicze z klemą obrotową przy skrzydełkach o rozmiarach 15G, 16G oraz 17G.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 4 dot. zadania nr 2:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 (zestawy drenów do aparatów nerkowych Fresenius) zamawia 14 400 szt. igieł do hemodializy żylnych, 14 400 szt. igieł do hemodializy tętnicznych, czy też łącznie 14 400 zarówno igieł żylnych i tętnicznych ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zaoferowania igieł do hemodializy żylnych w ilości 14 400 sztuk i igieł do hemodializy tętniczych w ilości 14 400 sztuk.

Pytanie 5 dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 - dializator niskoprzepływowo o powierzchni czynnej 1,5 m² z octanu celulozy ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pozostałe warunki określone w SIWZ są wiążące i nie ulegają zmianie.

Dyrektor

lek.med. Andrzej Mielcarek