



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 28 marca 2008 r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP 3320/28/ /08

.....  
.....  
.....  
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie dot. zadania 24 poz.3:**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do znieczuleń podpajęczynówkowych igła typ Pencil Point 25G – 90 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 1 poz. 4, 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników żołądkowych bez zatyczki?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania nr 10 poz. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepek okrągłego o gramaturze 16 g/m<sup>2</sup> ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania nr 13 poz. 1 - 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Foley'a z balonem o poj. 5 – 10 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania nr 13 poz. 10 - 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Foley'a z balonem o poj. 30 – 50 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania nr 14 poz. 3 - 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek do podawania tlenu z drenem o długości 210 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania nr 16 poz. 1 - 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych bez mankieta niskociśnieniowego wykonanych z wysokiej jakości medycznego PCV bez silikonowania?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania nr 16 poz. 5 - 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych z mankiem niskociśnieniowym wykonanych z wysokiej klasy medycznego PCV bez silikonowania?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania nr 16 poz. 5 - 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych bez oznaczenia średnicy rurki i mankieta na baloniku kontrolnym ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania nr 17 poz. 1 - 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych zbrojonych z mankiem uszczelniającym bez oznaczenia średnicy rurki i mankieta na baloniku kontrolnym ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania nr 18 poz. 1 - 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek tracheotomijnych z mankiem wykonanych ze 100% silikonu nie posiadających rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta na baloniku kontrolnym ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania nr 10 poz. nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek chirurgicznego nie sterylne, wiązane na troki wokół szyi, w kolorze zielonym o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, pakowanego w karton a 100 szt. lub czepek chirurgicznego ze ściągaczem w części tylnej, w kolorze zielonym, z taśmą wokół głowy pochłaniającą pot pakowanego w karton a 60 szt. ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę gramatury fizeliny. Określony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie nie ulega zmianie i jest wiążący.

**Pytanie dot. zadania nr 10 poz. nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania okrągłego czepek w kolorze zielonym, o gramaturze 14 g/m<sup>2</sup> z gumką dookoła pakowanego w karton a 100 szt. ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę gramatury fizeliny. Określony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie nie ulega zmianie i jest wiążący.

**Pytanie dot. zadania nr 11 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp infuzyjnych w kolorze bursztynowym o tych samych właściwościach i zastosowaniu co przedłużaczy czarnych ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania nr 1 poz. 1 - 3:**

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach zgłębniki żołądkowe o długości 1250 mm?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytania dot. zadania nr 11 poz. 2:**

a/. Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji przedłużacz bursztynowy ?

b/. Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o dł. 150 cm ?

c/. Czy nie zaszła w opisie przedmiotu zamówienia pomyłka, tzn. czy przedłużacz ma być koloru czarnego czy białego ?

**Wyjaśnienia:**

Ad. p.pkt.a/ - Tak.

Ad. p.pkt.b/ - Tak.

Ad. p.pkt.c/ - Tak, zaszła pomyłka. Przedłużacz ma być koloru czarnego.

**Pytanie dot. zadania 13 poz. 1 – 8**

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach cewniki Foley'a o pojemności balonu 5 – 10 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania 13 poz. 10 - 12**

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach cewniki Foley'a o pojemności balonu 15 – 30 ml ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Pytanie dot. zadania 14 poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach maski do podawania tlenu z drenem o długości 200 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 19 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji wycenę kieliszków za op. - 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości lub podanie ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku za sztukę, co nie będzie zawyżało ceny tej pozycji.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 18**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 18 rurki tracheotomijne nie posiadające oznaczenia rodzaju i średnicy mankieta na rurce ? Informacja ta zawarta jest w instrukcji obsługi dołączonej do zestawu.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 23**

Czy Zamawiający w pozycji 7 zadania 23 dopuści złożenie oferty na zestaw do cystostomii z cewnikiem o średnicy 12F. Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 13, poz. 1 –12**

**Czy Zamawiający wymaga aby cewniki Foley'a były podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia – papier ?**

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 14, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby wąsy posiadały kształt stożka, co powoduje rozproszenie strumienia tlenu podczas tlenoterapii zmniejszając traumatyzację śluzówki?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 14, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga łącza do butelek jednorazowych ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 16, poz. 1 - 14**

Czy Zamawiający miał na myśli rurki z PCV silikonowane, gdyż nie istnieje mieszanina PCV i silikonu ?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 16, poz. 5 - 14**

Czy Zamawiający wymaga znacznika głębokości nad mankietem wokół rurki w postaci grubego ringu grubości 1 cm ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 17, poz. 1 - 3**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu oznaczenia rodzaju mankieta na baloniku kontrolnym, ponieważ oferowane przez nas rurki zawsze posiadają mankiet wysokoobjętościowy niskociśnieniowy.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 17, poz. 1 - 3**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby rurka posiadała oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym na rzecz oznaczenia rozmiaru rurki na łączniku ISO 15 mm, który także daje możliwość weryfikacji wielkości użytej rurki u pacjenta zaintubowanego.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytania dot. zadania 21, poz. 3**

1. Czy Zamawiający wymaga aby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał bezigłowy port do pobierania próbek moczu ?

2. Czy Zamawiający wymaga aby skala pomiarowa worka do godzinowej zbiórki moczu była w zakresie 1 – 40 ml co 1 ml ?
3. Czy Zamawiający wymaga aby worek do godzinowej zbiórki moczu można było zamocować na 3 różne sposoby, do każdego typu łóżek ?
4. Czy Zamawiający wymaga aby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał antyrefluksową zastawkę, co zapobiega cofaniu się moczu do cewnika przez co zmniejsza ryzyko rozwoju zakażenia układu moczowego ?
5. Czy Zamawiający wymaga aby na komorze worka była skala linearna ?
6. Czy Zamawiający wymaga drenu dwuświatłowego ze spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory ?

**Wyjaśnienia do pkt. 1 - 6:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytania dot. zadania 23, poz. 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 4,8 Ch spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytania dot. zadania 23, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do nefrotomii w rozmiarze 8 Ch spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytania dot. zadania 14, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga aby łączenie pasowało do przepływomierzy tlenowych przystosowanych do butelek jednorazowych (nawilżony gaz rozbija lek do nieprawidłowych rozmiarów cząsteczek) ?

**Wyjaśnienie:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytania dot. zadania 22 (przez Wykonawcę określonego jako nr 68 w przetargu o numerze AZP.3320/28/08):**

1. Czy Zamawiający wymaga w w/w zadaniu 8 sztuk jednorazowych taśm polipropylenowych monofilamentowych z częścią rozpuszczalną w środku taśmy wykonaną z polidioxanonu (pozwala to zwiększyć bezpieczeństwo zabiegu i zmniejszyć ryzyko ewentualnych powikłań takich jak erozja cewki moczowej, zatrzymania moczu, erozja śluzówki pochwy) ?
2. Czy Zamawiający wymaga w w/w zadaniu 1 sztuki igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do metody TOT do 24 sztuk taśm ?
3. Czy Zamawiający wymaga wyceny igły, czy cena tej igły ma być zawarta w ofercie cenowej razem z taśmami ?

**Wyjaśnienia do pkt. 1 - 3:**

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 7 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igłę 11Gx100 mm± 1 mm? Reszta parametrów jak w SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 7 poz.2:**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igłę 16G x 45 mm ± 3 mm? Reszta parametrów jak w SIWZ.

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania 21 poz.2:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z jednym skutecznym filtrem hydrofobowym oraz z drenem wykonanym z niezłamującego się, elastycznego materiału, gdzie nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych zabezpieczeń antyzałamaniowych między drenem a komorą ?

**Wyjaśnienie:**

Nie.

Jednocześnie Zamawiający **przedłuża termin** składania ofert. Obowiązujące terminy to:

- **termin składania ofert** oraz **termin wnoszenia wadium** upływa dnia **04 kwietnia 2008r. godz. 12.00.**
- **termin otwarcia ofert** – dnia **04 kwietnia 2008r. godz. 13.00.**

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.

Zastępca Dyrektora ds Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec