

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 07 lipca 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/32/

/08

.....
.....
.....
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu zużywalnego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Zadanie 8 – Cewniki ablacyjne do krioablacji – 15 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników ablacyjnych do krioablacji o długości szafu 108cm. Pozostałe parametry bez mian.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie :

Zadanie 9 – Cewniki ablacyjne balonowe do krioablacji – 15 szt.

1. Czy pod pojęciem cewnik ablacyjny balonowy do krioablacji Zamawiający rozumie pełny zestaw cewnika balonowego do krioablacji obejmujący cewnik ablacyjny balonowy do krioablacji i koszulkę sterowaną do tego cewnika.?

Wyjaśnienie :

Tak.

Pytanie :

Zadanie 9 – Cewniki ablacyjne balonowe do krioablacji – 15 szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników ablacyjnych balonowych do krioablacji o długości szafu 102cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie :

Tak.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec