



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 17 lipca 2008r



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/32/ /08

.....
.....
.....
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści oferty

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu zużywalnego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Zadanie 2

Proszę o wyjaśnienie, czy cewniki diagnostyczne mają być o zmiennej czy o stałej krzywiznie (defectable lub fixed)?

Wyjaśnienie :

Zamawiający wymaga aby cewniki były o stałej krzywiznie.

Pytanie :

Zadanie 6

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie o jaki typ cewników chodzi? Czy o standardowe cewniki ablacyjne DS. czy o Termocool?

Wyjaśnienie :

Zamawiający w zadaniu nr 6 wymaga zaoferowania cewników chłodzonych Termocool.

Lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor