



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 30 lipca 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/32/ /08

.....
.....
.....
.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu zużywalnego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści cewniki z dystalną oliwką?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie :

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 dopuści długość elektrody równą 90cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie :

Czy Zamawiający pozwoli na złożenie 1 szt. Cewnika w zakresie zadania 5 i 6, gdyż jest to ten sam produkt?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie :

Czy Zamawiający może sprecyzować parametry mówią o zwiększonej przewodności cieplnej.

Wyjaśnienie:

Oliwki wykonane z metalu o podwyższonej przewodności cieplnej np. złoto.

Pytanie :

Zadanie 3

Czy w zakresie przedmiotowego zadania Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników diagnostycznych sterowalnych do trzepotania przedsionków w rozmiarze 7F i długości 95cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Jednocześnie Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert. Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert upływa dnia **14 sierpnia 2008r. godz. 12⁰⁰**.
- termin wnoszenia wadium upływa dnia **14 sierpnia 2008r. do godz. 12⁰⁰**.
- termin otwarcia ofert - **14 sierpnia 2008r. godz. 13⁰⁰**.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.