



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 23 lipca 2008 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP 3320/ 36/ /08

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę noża harmonicznego, aparatu do znieczulenia, monitora transportowego dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie dot. Zadania Nr 2 Ad. poz. Nr 11

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w elektroniczne przepływomierze?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. Zadania Nr 2 Ad. poz. Nr 14

Czy Zamawiający dopuści aparat o całkowitej pojemności układu oddechowego 4,7 l?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie dot. Zadania Nr 2 Ad. poz. Nr 128

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją oddechową 20-1400 ml?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający dopuszcza aparat z regulacją oddechową 20-1400 ml, bowiem zmiana ta nie wpłynie na parametry wentylacji pacjenta.

Pytanie dot. Zadania Nr 2 Ad. poz. Nr 134

Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmu niskiej objętości oddechowej TV?

Wyjaśnienie:

Nie, wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

lek.med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor