



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 24 lipca 2008

r.



AZP 3320/ 36/ /08

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę noża harmonicznego, aparatu do znieczulenia, monitora transportowego dla Oddziału Kardiochirurgii. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie dot. pkt. 31

Czy dopuszczą Państwo zakres regulacji ciśnienia wdechu od 10-50 cm H₂O?

Wyjaśnienie:

Dopuszczamy zakres regulacji ciśnienia wdechu od 10-50 cm H₂O. Ciśnienia 10 cm H₂O wymaga się u wcześniaków o bardzo małej wadze urodzeniowej.

Pytanie dot. Zadania Nr 3

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor z wbudowanym zasilaczem i akumulatorami na co najmniej 2,5 godziny pracy o wadze poniżej 5,5 kg?

Wyjaśnienie:

Ze względu na dłuższy czas pracy akumulatorów niż wymagany, dopuszczamy kardiomonitor o wadze do 5,5 kg.

Jednocześnie Zamawiający na mocy art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert.

Obowiązujące terminy to:

termin składania ofert upływa dnia **31 lipca 2008r. godz. 12⁰⁰**.

termin otwarcia ofert dnia **31 lipca 2008r. godz. 13³⁰**.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.

Lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor