



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 30 maja 2008 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP 3320/37/ /08

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienie:

Zadanie 9

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania przetworniki innych firm niż ABBOTT, spełniające wymagania SIWZ, pod warunkiem nieodpłatnego dostarczenia kabli interfejsowych zapewniających kompatybilność ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w SIWZ nie określał jakiej firmy mają być przetworniki., określił że mają służyć do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną Abbotta. Można więc zaoferować przetworniki innej firmy niż Abbott pod warunkiem, że będą spełniały wymagane warunki techniczne.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania przetworników posiadających połączenie przetwornika z kablem sygnałowym, bezpinowe, polegające na zastosowaniu wielostykowych blaszek ? Takie rozwiązanie techniczne zapewnia lepszy kontakt elektryczny (większa powierzchnia styku), a dodatkowo jest bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne i wodoodporne ? Z zapisów SIWZ widać, że jest to dla Zamawiającego ważny parametr.

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił warunki techniczne wymagane przetworników w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na pracę przetworników na oddziale hemodynamiki i konieczność uzyskiwania dokładnych pomiarów Zamawiający będzie wymagał zaoferowania przetworników o częstotliwości własnej powyżej 200 Hz, jest to zgodne ze standardami i wymaganiami światowymi (Standard AAMI)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił warunki techniczne wymagane przetworników w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy ze względu na pracę przetworników na oddziale hemodynamiki i konieczność uzyskiwania dokładnych pomiarów, Zamawiający będzie wymagał zaofiarowania przetworników charakteryzujących się tolerancją błędów pomiarowego (nieliniowość i histereza) $\leq 1,5\%$?

Wyjaśnienie:

Zamawiający określił warunki techniczne wymagane przetworników w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § ust. 1 projektu przyszłej umowy: „Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy” ?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mgr Andrzej Szewczuk
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych