



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 03 czerwca 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/43/ /08

.....
.....
.....
.....

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na analizator o wydajności praktycznej (rzeczywistej) 85 ozn./godz., bez względu na rodzaj i konfigurację zleczanych badań, gdzie czas oczekiwania na pierwszy wynik wynosi poniżej 30 minut?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na troponinę T ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika, który zawiera komponenty w formie liofilizatu do szybkiej i jednorazowej rekonstrukcji ?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie warunku 15 „Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych (możliwość przedłużania kalibracji przez operatora)”: czy Zamawiający wymaga aby dla oferowanych parametrów nie było konieczności wykonywania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej i aby była ona wczytywana i zapamiętywana automatycznie do analizatora ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie określa sposobu zapamiętywania krzywych kalibracyjnych i przedłużania kalibracji.

Zastępca Dyrektora ds Administracyjnych
mgr Andrzej Szewczuk