



Zamość, dnia 13 czerwca 2008r.



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

AZP.3320/43/ /08

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw odczynników z 3 na 7 dni od daty wpłynięcia zamówienia ?

**Wyjaśnienie:**

Nie. Wiążący jest termin dostaw odczynników określony w SIWZ.

**Pytanie:**

Czy w związku z stosunkowo małą liczbą oznaczeń testu IgE w okresie dot. zamówienia, Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie tych oznaczeń na koszt Wykonawcy w innym laboratorium, z zapewnieniem wykonania oznaczenia i wydania wyniku w tym samym dniu ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie testu IgE w innym Laboratorium.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której parametr HCV jest kontrolowany na 2 poziomach ?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuści ofertę, w której parametr HCV jest kontrolowany na 2 poziomach

**Pytanie:**

Czy ilości badań kontrolnych i kalibracyjnych należy doliczyć do ilości oznaczeń wskazanych w SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

W ilości testów w SIWZ uwzględniono ilości testów potrzebnych do wykonania kalibracji i kontroli.

**Pytania dot.pkt.12** – parametry techniczne analizatora: „Minimalna ilość czynności rozruchowych/konserwacyjnych (szybki start aparatu, codzienne czynności konserwacyjne ograniczone do 10 min.)

1. Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym codzienne czynności konserwacyjne trwają około pięćdziesięciu minut ?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 3-poziomą kontrolę do testu HCV ?

3. Czy podana ilość oznaczeń zawiera już 15% testów przeznaczonych na kontrolę oraz testy przeznaczone na kalibrację, czy też oferent powinien je doliczyć ?

**Wyjaśnienia:**

Ad. pkt. 1: Zamawiający nie dopuszcza analizatora, w którym czynności konserwacyjne są dłuższe niż podane w SIWZ.

Ad. pkt. 2: Zamawiający dopuści ofertę, w której parametr HCV jest kontrolowany na 3 poziomach.

Ad. pkt. 3: Podana ilość oznaczeń zawiera już testy przeznaczone na kontrolę i kalibrację.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż ulega zmianie:

- **termin składania ofert**, który wyznacza się na dzień **18 czerwca 2008r. godz. 12.00**,
- **termin wniesienia wadium**, który wyznacza się na dzień **18 czerwca 2008r. do godz. 12.00**,
- **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **18 czerwca 2008r. godz. 14.00**.

Pozostałe warunki określone w SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla stron.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek lipiec